

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA

Laboratori a Tarragona

Dirección: Av. María Cristina nº 54; 43002 Tarragona

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **162/LE339**

Fecha de entrada en vigor: 10/03/2000

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 32 fecha 16/02/2026)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

ÁREA TÉCNICA DE MICROBIOLOGÍA

Análisis de alimentos mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	<i>Salmonella</i> spp. Detección. Aislamiento/identificación y confirmación	UNE-EN ISO 6579-1
	<i>Listeria monocytogenes</i> . Detección Aislamiento/identificación y confirmación	UNE-EN ISO 11290-1
	<i>Listeria monocytogenes</i> . Recuento en placa	UNE-EN ISO 11290-2
Esponjas Canales frescas de pollo y pavo	<i>Salmonella</i> spp. Detección. Aislamiento/identificación y confirmación	UNE-EN ISO 6579-1
Esponjas		PNT T079 Método interno basado en RAPID [®] Salmonella
Canales de pollo (piel de cuello)	<i>Campylobacter</i> spp. Recuento en placa	UNE-EN ISO 10272-2
Carne fresca	Aislamiento e identificación presuntiva de <i>Escherichia Coli</i> productor de ESBL, AmpC y carbapenemasas	POQ-21 Método interno basado en EURL RAM (Isolation of ESBL, AmpC and carbapenemase producing E. coli from fresh meat)

Análisis de aguas mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo	Coliformes y <i>Escherichia coli</i> . Filtración por membrana y siembra en agar cromogénico	UNE-EN ISO 9308-1
	<i>Clostridium perfringens</i> . Filtración por membrana	UNE-EN ISO 14189
	Enterococos intestinales. Filtración por membrana	UNE-EN ISO 7899-2
Aguas de consumo Aguas continentales	Microorganismos cultivables a 22 °C y 36 °C. Siembra por incorporación	UNE-EN ISO 6222
Agua de piscina	<i>Escherichia coli</i> . Filtración por membrana y siembra en agar cromogénico	UNE-EN ISO 9308-1
Aguas marinas Aguas superficiales	<i>Escherichia coli</i> . Recuento por NMP según la técnica del sustrato definido	UNE-EN ISO 9308-2
	Enterococos. Recuento por NMP según la técnica del sustrato definido	POQ-18 <i>Método interno basado en kit comercial (*)</i>
Aguas de consumo Agua de piscina	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> . Recuento por NMP según la técnica del sustrato definido	UNE-EN ISO 16266-2

Análisis de *Legionella*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo	Recuento de <i>Legionella</i> spp.	UNE-EN ISO 11731
Aguas tratadas Torunda	Identificación de <i>Legionella pneumophila</i> (Inmunoensayo)	POQ-12 <i>Método interno basado en kit comercial(*)</i>

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio

Análisis mediante métodos basados en técnicas de parasitología

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Carne y derivados cárnicos frescos y congelados de las especies porcina, equina y jabalina	Detección de larvas de triquina (<i>Trichinella</i> spp.) por digestión y microscopía	UNE-EN ISO 18743
Pescados y derivados	Detección de larvas de <i>Anisakidae</i> por inspección visual	PNT T-081 <i>Método interno basado en Reglamento (UE) 2074/2005 Anexo II, Sección I, Capítulo II</i>
	Detección de larvas L3 de <i>Anisakidae</i> por digestión artificial	UNE-EN ISO 23036-2

ÁREA TÉCNICA DE FISICO-QUÍMICA

Análisis de alimentos mediante métodos basados en técnicas de espectroscopia atómica

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Carne Hortalizas Marisco Pescado Verduras	Elementos por espectrometría de masas asistida por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) Carne/pescado/ Verduras Marisco Plomo ($\geq 0,020$ mg/kg) ($\geq 0,020$ mg/kg) ($\geq 0,050$ mg/kg) Cadmio ($\geq 0,020$ mg/kg) ($\geq 0,0080$ mg/kg) ($\geq 0,050$ mg/kg) Estaño ($\geq 0,070$ mg/kg) ($\geq 0,070$ mg/kg) ($\geq 0,50$ mg/kg) Hortalizas Carne/pescado Plomo ($\geq 0,020$ mg/kg) Níquel ($\geq 0,070$ mg/kg) Cadmio ($\geq 0,0080$ mg/kg)	PNT FQ-050 <i>Método interno conforme a Reglamento (CE) 333/2007 y sus posteriores modificaciones</i>

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.