INDROPS MEDIO AMBIENTE, S.L.

Dirección: Vía Marconi, 33; 15890 Santiago de Compostela (A Coruña)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **658/LE1987**
Fecha de entrada en vigor: 30/03/2012

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 20 fecha 04/07/2025)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
Vía Marconi, 33; 15890 Santiago de Compostela (A Coruña)	A
Actividades in situ	I

Ensayos en el sector medioambiental

Índice

MUESTRAS LÍQUIDAS **2**
I. Análisis físico-químicos **2**
Aguas de consumo y aguas envasadas 2
Aguas continentales no tratadas 3
Aguas residuales 4
Aguas marinas 6
II. Análisis microbiológicos **7**
Aguas de consumo y aguas envasadas 7
Aguas continentales tratadas 7
Aguas continentales no tratadas 7
Aguas residuales 8
Aguas marinas 8
III. Análisis de *Legionella* **8**
Aguas continentales tratadas (aguas de torres de refrigeración y aguas de condensadores evaporativos) y aguas continentales no tratadas (captaciones de agua de consumo) 8
IV. Análisis físico-químicos *in situ* **8**
Aguas de consumo y aguas residuales 8
Aguas continentales y aguas marinas 9
V. Toma de muestra **9**
Aguas de consumo, continentales (excepto aguas subterráneas), residuales y marinas 9
Aguas continentales (excepto aguas subterráneas), residuales y marinas 9

MUESTRAS SÓLIDAS **10**
I. Análisis físico-químicos **10**
Residuos sólidos y tecnosuelos 10

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: 2944wHa1Q8RXP2tTzR
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

MUESTRAS LÍQUIDAS

I. Análisis físico-químicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo y aguas envasadas		
pH *(2 - 12 uds. pH)*	PE-04 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad *(15 - 60000 µS/cm)*	PE-03 Método interno basado en: UNE-EN 27888	A
Turbidez por nefelometría *(0,2 - 100 NTU)*	PE-42 Método interno basado en UNE-EN ISO 7027-1	A
Amonio por electrometría *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-05 Método interno basado en: SM 4500-NH_3 D	A
Color por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 2 mg Pt-Co/l)*	PE-18 Método interno basado en: ISO 7887 Método C	A
Fosfatos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg P/l)*	PE-07 Método interno basado: UNE-EN ISO 6878	A
Hierro disuelto por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,05 mg/l)*	PE-09 Método interno basado en: SM 3500-Fe B	A
Nitritos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,03 mg/l)*	PE-29 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A
Nitrógeno total oxidado por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,2 mg/l)*	PE-28 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS) Aluminio *(≥ 50 µg/l)* Manganeso *(≥ 10 µg/l)* Antimonio *(≥ 1 µg/l)* Magnesio *(≥ 1 mg/l)* Arsénico *(≥ 1 µg/l)* Mercurio *(≥ 0,1 µg/l)* Boro *(≥ 0,05 mg/l)* Níquel *(≥ 1 µg/l)* Cadmio *(≥ 1 µg/l)* Plomo *(≥ 1 µg/l)* Calcio *(≥ 1 mg/l)* Potasio *(≥ 1 mg/l)* Cobre *(≥ 0,05 mg/l)* Selenio *(≥ 1 µg/l)* Cromo *(≥ 10 µg/l)* Sodio *(≥ 1 mg/l)* Hierro *(≥ 50 µg/l)* Uranio *(≥ 1 µg/l)*	PE-84 Método interno basado en: UNE-EN ISO 17294-2	A
Aniones por cromatografía iónica Cloruros *(≥ 10 mg/l)* Sulfatos *(≥ 10 mg/l)* Fluoruros *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-126 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10304-1	A
Hidrocarburos totales (C_{10} a C_{40}) por cromatografía de gases/ionización de llama (CG/FID) *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-24b Método interno basado en: UNE-EN ISO 9377-2	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo y aguas envasadas		
Dureza por cálculo Dureza total *(≥ 6,6 mg $CaCO_3$/l)* Dureza cálcica *(≥ 2,5 mg $CaCO_3$/l)* Dureza magnésica *(≥ 4,1 mg $CaCO_3$/l)*	PE-84B Método interno basado en SM 2340 B	A
Nitratos por calculo *(≥ 0,2 mg N/l)*	PE-28 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales no tratadas		
pH *(2 - 12 uds. pH)*	PE-04 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad *(15 - 60000 µS/cm)*	PE-03 Método interno basado en: UNE-EN 27888	A
Sólidos en suspensión *(≥ 2 mg/l)*	PE-06 Método interno basado en UNE-EN ISO 872	A
Demanda Química de Oxígeno (DQO) por titulación volumétrica *(≥ 10 mg/l)*	PE-01 Método interno basado en: SM 5220C	A
Nitrógeno Kjeldahl por titulación volumétrica *(≥ 2 mg/l)*	PE-78 Método interno basado en: UNE-EN 25663	A
Sólidos sedimentables por titulación volumétrica *(≥ 0,2 ml/l)*	PE-55 Método interno basado en ISO 77032	A
Amonio por electrometría *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-05 Método interno basado en: SM 4500-NH3 D	A
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5) método óptico *(≥ 14 mg/l)*	PE-02 Método interno basado en: UNE-EN ISO 5815-1	A
Fosfatos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg P/l)*	PE-07 Método interno basado: UNE-EN ISO 6878	A
Fósforo total por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-07b Método interno basado en: UNE-EN ISO 6878	A
Hierro disuelto por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,05 mg/l)*	PE-09 Método interno basado en: SM 3500-Fe B	A
Nitritos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-29 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A

Código Validación Electrónica: 2944wHa1Q8RXP2tTzR
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales no tratadas		
Nitrógeno total oxidado por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,2 mg/l)*	PE-28 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A
Tensioactivos aniónicos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-20 Método interno basado en: UNE-EN ISO 16265	A
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS) Aluminio *(≥ 50 µg/l)* Hierro *(≥ 50 µg/l)* Antimonio *(≥ 1 µg/l)* Manganeso *(≥ 10 µg/l)* Arsénico *(≥ 1 µg/l)* Mercurio *(≥ 0,1 µg/l)* Boro *(≥ 0,05 mg/l)* Níquel *(1 µg/l)* Cadmio *(≥ 1 µg/l)* Plomo *(≥ 1 µg/l)* Cobre *(≥ 0,05 mg/l)* Selenio *(≥ 1 µg/l)* Cromo *(≥ 10 µg/l)* Sodio *(≥ 1 mg/l)*	PE-84 Método interno basado en: UNE-EN ISO 17294-2	A
Aniones por cromatografía iónica Cloruros *(≥ 10 mg/l)* Sulfatos *(≥ 10 mg/l)* Fluoruros *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-126 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10304-1	A
Hidrocarburos totales (C_{10} - C_{40}) por cromatografía de gases/ionización de llama (CG/FID) *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-24b Método interno basado en: UNE-EN ISO 9377-2	A
Nitrógeno Total por cálculo *(≥ 2 mg/l)*	PE-79 Método interno basado en: SM 4500-N A	A
Nitratos por calculo *(≥ 0,2 mg N/l)*	PE-28 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas residuales		
pH *(2 - 12 uds. pH)*	PE-04 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad *(15 - 60000 µS/cm)*	PE-03 Método interno basado en: UNE-EN 27888	A
Sólidos en suspensión *(≥ 2 mg/l)*	PE-06 Método interno basado en: UNE-EN ISO 872	A
Demanda Química de Oxígeno (DQO) por titulación volumétrica *(≥ 10 mg/l)*	PE-01 Método interno basado en: SM 5220C	A
Nitrógeno Kjeldahl por titulación volumétrica *(≥ 2 mg/l)*	PE-78 Método interno basado en: UNE-EN 25663	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas residuales		
Sólidos sedimentables por titulación volumétrica *(≥ 0,2 ml/l)*	PE-55 Método interno basado en: ISO 77032	A
Amonio por electrometría *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-05 Método interno basado en: SM 4500-NH_3 D	A
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5) método óptico *(≥ 14 mg/l)*	PE-02 Método interno basado en: UNE-EN ISO 5815-1	A
Fosfatos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg P/l)*	PE-07 Método interno basado: UNE-EN ISO 6878	A
Fósforo total por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1mg/l)*	PE-07b Método interno basado en: UNE-EN ISO 6878	A
Hierro disuelto por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,05 mg/l)*	PE-09 Método interno basado en: SM 3500-Fe B	A
Nitritos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-29 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A
Nitrógeno total oxidado por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,2 mg/l)*	PE-28 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A
Tensioactivos aniónicos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-20 Método interno basado en: UNE-EN ISO 16265	A
Transmitancia a 254 nm *(≥ 10 %)*	PE-62 Método interno basado en: SM 5910 UV	A
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS) Aluminio *(≥ 0,05 mg/l)* — Manganeso *(≥ 0,002 mg/l)* Antimonio *(≥ 0,002 mg/l)* — Mercurio *(≥ 0,002 mg/l)* Arsénico *(≥ 0,002 mg/l)* — Molibdeno *(≥ 0,002 mg/l)* Bario *(≥ 0,05 mg/l)* — Níquel *(≥ 0,002 mg/l)* Cadmio *(≥ 0,002 mg/l)* — Plomo *(≥ 0,002 mg/l)* Cobre *(≥ 0,05 mg/l)* — Selenio *(≥ 0,002 mg/l)* Cromo *(≥ 0,002 mg/l)* — Zinc *(≥ 0,05 mg/l)* Hierro *(≥ 0,05 mg/l)*	PE-114 Método interno basado en: UNE-EN ISO 17294-2	A
Aniones por cromatografía iónica Cloruros *(≥ 10 mg/l)* — Sulfatos *(≥ 10 mg/l)* Fluoruros *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-126 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10304-1	A
Hidrocarburos totales (C_{10} - C_{40}) por cromatografía de gases/ionización de llama (CG/FID) *(≥ 0,5 mg/l)*	PE-24b Método interno basado en: UNE-EN ISO 9377-2	A
Nitrógeno Total por cálculo *(≥ 2 mg/l)*	PE-79 Método interno basado en: SM 4500-N A	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas residuales		
Nitratos por calculo *(≥ 0,2 mg N/l)*	PE-28 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas marinas		
pH *(2 - 12 uds. pH)*	PE-04 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad *(15 - 60000 µS/cm)*	PE-03 Método interno basado en: UNE-EN 27888	A
Sólidos en suspensión *(≥ 2 mg/l)*	PE-06 Método interno basado en: UNE-EN ISO 872	A
Nitrógeno Kjeldahl por titulación volumétrica *(≥ 2mg/l)*	PE-78 Método interno basado en: UNE-EN 25663	A
Amonio por electrometría *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-05 Método interno basado en: SM 4500-NH_3 D	A
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5) por método óptico *(≥ 14 mg/l)*	PE-02 Método interno basado en: UNE-EN ISO 5815-1	A
Fosfatos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg P/l)*	PE-07 Método interno basado: UNE-EN ISO 6878	A
Fósforo total por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-07b Método interno basado: UNE-EN ISO 6878	A
Hierro disuelto por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,05 mg/l)*	PE-09 Método interno basado en: SM 3500-Fe B	A
Nitritos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-29 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A
Nitrógeno total oxidado por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,2 mg/l)*	PE-28 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A
Tensioactivos aniónicos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-20 Método interno basado en: UNE-EN ISO 16265	A
Hidrocarburos totales (C_{10} - C_{40}) por cromatografía de gases/ionización de llama (CG/FID) *(≥ 0,1 mg/l)*	PE-24b Método interno basado en: UNE-EN ISO 9377-2	A

Código Validación Electrónica: 2944wHa1Q8RXP2tTzR
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas marinas		
Nitrógeno Total por cálculo *(≥ 2 mg/l)*	PE-79 Método interno basado en: SM 4500-N A	A
Nitratos por cálculo *(≥ 0,2 mg N/l)*	PE-28 Método interno basado en: UNE-EN ISO 13395	A

II. Análisis microbiológicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo y aguas envasadas		
Recuento en placa de microorganismos a 22 °C	UNE-EN ISO 6222	A
Recuento de coliformes totales *(NMP - método del sustrato definido)*	ISO 9308-2	A
Recuento de *Escherichia coli* *(NMP - método del sustrato definido)*	ISO 9308-2	A
Recuento de Enterococos *(NMP - método del sustrato definido)*	Método alternativo ENTEROLERT-DW QUANTI-TRAY (Mº Sanidad)	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales tratadas		
Recuento de *Escherichia coli* *(NMP - método del sustrato definido)*	ISO 9308-2	A
Recuento de Pseudomonas aeruginosa *(NMP - método del sustrato definido)*	PE-96 Método interno basado en: ISO 16266-2	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales no tratadas		
Recuento de coliformes totales *(NMP - método del sustrato definido)*	ISO 9308-2	A
Recuento de coliformes fecales *(NMP – método del sustrato definido)*	PE-99 Método interno basado en: Colilert 18	A
Recuento de *Escherichia coli* *(NMP - método del sustrato definido)*	ISO 9308-2	A
Recuento de Enterococos y Estreptococos fecales *(NMP – método del sustrato definido)*	PE-69 Método interno basado en: Enterolert-E	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas residuales		
Recuento de coliformes totales *(NMP - método del sustrato definido)*	ISO 9308-2	A
Recuento de coliformes fecales *(NMP - método del sustrato definido)*	PE-99 Método interno basado en: Colilert 18	A
Recuento de *Escherichia coli* *(NMP - método del sustrato definido)*	ISO 9308-2	A
Recuento de Enterococos y Estreptococos fecales *(NMP - método del sustrato definido)*	PE-69 Método interno basado en: Enterolert E	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas marinas		
Recuento de *Escherichia coli* *(NMP – método del sustrato definido)*	PE-98 Método interno basado en: Colilert 18	A
Recuento de Enterococos y Estreptococos fecales *(NMP - método del sustrato definido)*	PE-69 Método interno basado en: Enterolert E	A

III. Análisis de *Legionella*

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales tratadas (aguas de torres de refrigeración y aguas de condensadores evaporativos) y aguas continentales no tratadas (captaciones de agua de consumo)		
Recuento de *Legionella* spp	UNE-EN ISO 11731	A

IV. Análisis físico-químicos *in situ*

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo y aguas residuales		
pH *(2 - 11 uds. de pH)*	PE-04b Método interno basado en: UNE-EN ISO 10523	I
Conductividad *(15- 80000 µS/cm)*	PE-03b Método interno basado en: UNE-EN 27888	I
Temperatura *(4 - 40 °C)*	PE-41 Método interno basado en: SM 2550	I

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales y aguas marinas		
pH *(2 - 11 uds. de pH)*	PE-04b Método interno basado en: UNE-EN ISO 10523	I
Conductividad *(15 - 80000 µS/cm)*	PE-03b Método interno basado en: UNE-EN 27888	I
Oxígeno disuelto *(1 - 13 mg/l)*	PE-31 Método interno basado en: UNE-EN 17289	I
Temperatura *(4 - 40 °C)*	PE-41 Método interno basado en: SM 2550	I

V. Toma de muestra

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo, continentales (excepto aguas subterráneas), residuales y marinas		
Toma de muestra puntual para los análisis físico-químicos y microbiológicos incluidos en el presente anexo técnico (excepto para el análisis de *Legionella*)	PE-00 Método interno basado en: ISO 5667-4 ISO 5667-6 ISO 5667-10 UNE-EN ISO 5667-5 UNE-EN ISO 19458	I

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales (excepto aguas subterráneas), residuales y marinas		
Toma de muestra compuesta en función del tiempo para los análisis físico-químicos incluidos en el presente anexo técnico	PE-00 Método interno basado en: ISO 5667-4 ISO 5667-6 ISO 5667-9 ISO 5667-10	I

Código Validación Electrónica: 2944wHa1Q8RXP2tTzR
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

MUESTRAS SÓLIDAS

I. Análisis físico-químicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Residuos sólidos y tecnosuelos		
pH *(2 - 12 uds de pH)*	PE-205 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10390	A
Humedad por gravimetría *(≥ 1 %)*	PE-253 Método interno basado en: UNE-EN 15934	A
Materia seca por gravimetría *(≥ 1 %)*	PE-253 Método interno basado en: UNE-EN 15934	A
Solidos totales disueltos lixiviados(*) por gravimetría *(≥ 500 mg/kg s.m.s)*	PE-272 Método interno basado en: UNE-EN 15216	A
Metales disueltos lixiviados(*) por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS) Aluminio *(≥ 0,5 mg/kg)* Manganeso *(≥ 0,02 mg/kg)* Antimonio *(≥ 0,02 mg/kg)* Mercurio *(≥ 0,02 mg/kg)* Arsénico *(≥ 0,02 mg/kg)* Molibdeno *(≥ 0,02 mg/kg)* Bario *(≥ 0,5 mg/kg)* Níquel *(≥ 0,02 mg/kg)* Cadmio *(≥ 0,02 mg/kg)* Plomo *(≥ 0,02 mg/kg)* Cobre *(≥ 0,5 mg/kg)* Selenio *(≥ 0,02 mg/kg)* Cromo *(≥ 0,02 mg/kg)* Zinc *(≥ 0,5 mg/kg)* Hierro *(≥ 0,5 mg/kg)*	PE-114 Método interno basado en: UNE-EN ISO 17294-2	A
Aniones lixiviados(*) por cromatografía iónica Cloruros *(≥ 100 mg/kg)* Sulfatos *(≥ 100 mg/kg)* Fluoruros *(≥ 1 mg/kg)*	PE-295 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10304-1	A

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

Emplazamientos desde los que se llevan a cabo actividades *in situ*:

Vía Marconi, 33; 15890 Santiago de Compostela (A Coruña)

(*) Lixiviados según norma UNE-EN 12457-4

Código Validación Electrónica: 2944wHa1Q8RXP2tTzR
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**