AIGÜES DE MATARÓ, S.A.

Dirección: C/ Hél-Lade, 17 - 19; 08304 Mataró (Barcelona)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **846/LE1671**
Fecha de entrada en vigor: 17/12/2010

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 25 fecha 22/06/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
C/ Hél-Lade, 17 - 19; 08304 Mataró (Barcelona)	A
EDAR de Mataró; Ctra. N-II Km. 644,2; 08301 Mataró (Barcelona)	B
Actividades *in situ*	I

Ensayos en el sector medioambiental

Índice:

MUESTRAS LÍQUIDAS 2
I. Análisis físico-químicos 2
Aguas de consumo 2
Aguas continentales 4
Aguas residuales 7
Aguas sanitarias 8
II. Análisis microbiológicos 9
Aguas de consumo 9
Aguas de continentales no tratadas 9
Aguas continentales 9
Aguas residuales 10
III. Análisis ecotoxicológicos 10
Aguas residuales 10
IV. Análisis de *Legionella* 10
Aguas de consumo, aguas continentales y aguas residuales (incluye aguas regeneradas y aguas depuradas) 10
V. Análisis físico-químicos *in situ* 10
Aguas de consumo y aguas continentales 10

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: im2a4Mt7i6791zt0z0
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

MUESTRAS LÍQUIDAS

I. Análisis físico-químicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo		
pH *(2 - 12 uds. de pH)*	PNT-6026 Método interno basado en: SM 4500-H^+ B	A
pH *(2 - 12 uds. de pH)*	PNT-6025 Método interno basado en: SM 4500-H^+ B	A
Conductividad *(15 - 50000 µS/cm)*	PNT-6026 Método interno basado en: SM 2510 B	A
Conductividad *(146 µS/cm - 50 mS/cm)*	PNT-6005 Método interno basado en: SM 2510 B	A
Turbidez *(≥ 0,2 NTU)*	PNT-6021 Método interno basado en: SM 2130 B	A
Oxidabilidad *(≥ 0,5 mg/l)*	PNT-6020 Método interno basado en: UNE-EN ISO 8467	A
Alcalinidad total por titulación potenciométrica *(≥ 25 mg/l)*	PNT-6008 Método interno basado en: UNE-EN ISO 9963-1	A
Dureza Total por titulación fotométrica *(≥ 10 mg/l)*	PNT-6079 Método interno basado en: ASTM D8192-23	A
Fluoruros por electrometría *(≥ 0,1 mg/l)*	PNT-6036 Método interno basado en: SM 4500-F C	A
Amonio por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,05 mg/l)*	PNT-6022 Método interno basado en: UNE-EN ISO 11732	A
Cianuros por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,01 mg/l)*	PNT-6044 Método interno basado en: UNE-EN ISO 14403-2	A
Cloro libre y total por espectrofotometría de UV-VIS Cloro libre *(≥ 0,1 mg/l)* Cloro total *(≥ 0,2 mg/l)*	PNT-6010 Método interno basado en: SM 4500-Cl G	A
Color por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 5 mg/l Pt-Co)*	PNT-6078 Método interno basado en: SM 2120 C	A
Nitritos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,035 mg/l)*	PNT-6014 Método interno basado en: SM 4500-NO_2 B	A
Carbono orgánico total (TOC) por espectroscopía IR *(≥ 1 mg/l)*	PNT-6027 Método interno basado en: DAQUAS-GLT-01	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo		
Metales por espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo con detector de masas (ICP/MS) Aluminio *(≥ 10 µg/l)* — Magnesio *(≥ 5 mg/l)* Antimonio *(≥ 1 µg/l)* — Manganeso *(≥ 1 µg/l)* Arsénico *(≥ 1 µg/l)* — Mercurio *(≥ 0,2 µg/l)* Boro *(≥ 10 µg/)* — Níquel *(≥ 1 µg/l)* Cadmio *(≥ 0,5 µg/l)* — Plomo *(≥ 1 µg/l)* Calcio *(≥ 5 mg/l)* — Potasio *(≥ 1 mg/l)* Cobre *(≥ 10 µg/l)* — Selenio *(≥ 1 µg/l)* Cromo *(≥ 1 µg/l)* — Sodio *(≥ 5 mg/l)* Hierro *(≥ 10 µg/l)* — Uranio *(≥ 1 mg/l)*	PNT-6073 Método interno basado en: EPA 6020B	A
Metales por espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo con detector de masas (ICP/MS) Calcio *(≥ 5 mg/l)* — Potasio *(≥ 1 mg/l)* Magnesio *(≥ 5 mg/l)* — Uranio *(≥ 1 µg/l)*	PNT-6073 Método interno basado en: EPA 6020B	A
Aniones por cromatografía iónica Cloruros *(≥ 5 mg/l)* Nitratos *(≥ 5 mg/l)* Sulfatos *(≥ 5 mg/l)*	PNT-6011 Método interno basado en: SM 4110 B	A
Compuestos Orgánicos Volátiles por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) 1,2 Dicloroetano *(≥ 0,2 µg/l)* — Cloroformo *(≥ 2 µg/l)* Benceno *(≥ 0,2 µg/l)* — Dibromoclorometano *(≥ 2 µg/)* Bromodiclorometano *(≥ 2 µg/l)* — Tetracloroeteno *(≥ 0,5 µg/l)* Bromoformo *(≥ 2 µg/l)* — Tricloroeteno *(≥ 0,5 µg/l)* Suma de Trihalometanos *(≥ 8 µg/l)* Suma tricloroeteno y tetracloroeteno *(≥ 1 µg/l)*	PNT-6085 Método interno basado en: EPA 5021A	A
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) por cromatografía de gases/espectrofotometría de masas-masas (CG/MS-MS) Benzo-a-Pireno *(≥ 2,5 ng/l)* Benzo-(g,h,i)-perileno *(≥ 5 ng/l)* Fluoranteno *(≥ 5 ng/l)* Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno *(≥ 5 ng/l)* Suma de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos *(≥ 5 ng/l)* Suma *de* Benzo-k-fluoranteno y Benzo-b-fluoranteno *(≥ 10 ng/l)*	PNT-6084 Método interno basado en: EPA 8270E	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo		
Plaguicidas organoclorados por cromatografía de gases/espectrofotometría de masas-masas (CG/MS-MS) a-HCH *(≥ 15 ng/l)* Aldrín *(≥ 15 ng/l)* Ametrina *(≥ 15 ng/l)* Atrazina *(≥ 15 ng/l)* d-HCH *(≥ 15 ng/l)* Diazinón *(≥ 15 ng/l)* Dieldrín *(≥ 15 ng/l)* Endosulfan beta *(≥ 15 ng/l)* Endosulfan I *(≥ 15 ng/l)* Endosulfan sulfato *(≥ 15 ng/l)* Endrín *(≥ 15 ng/l)* Endrín cetona *(≥ 15 ng/l)* Etión *(≥ 15 ng/l)* Heptaclor epóxido *(≥ 15 ng/l)* Heptaclor *(≥ 15 ng/l)* Metil-paratión *(≥ 15 ng/l)* Metoxiclor *(≥ 15 ng/l)* P,p'-DDD *(≥ 15 ng/l)* P,p'-DDE *(≥15 ng/l)* P,p'-DDT *(≥ 15 ng/l)* Paratión *(≥ 15 ng/l)* Prometrina *(≥ 15 ng/l)* Propazina *(≥ 15 ng/l)* Simazina *(≥ 15 ng/l)* Terbutilazina *(≥ 15 µg/l)* Suma de b-HCH y Lindano *(≥ 30 ng/l)* Suma de Plaguicidas *(≥ 150 ng/l)*	PNT-6084 Método interno basado en: EPA 8270E	A
Cloro combinado por cálculo *(≥ 0,1 mg/l)*	PNT-6010 Método interno basado en: SM 4500-Cl G	A
Dureza Total por cálculo *(≥ 33 mg/l)*	PNT-6069 Método interno basado en: SM 2340 B	A
Índice de Languelier por cálculo	PNT-6062 Método interno basado en: SM 2330 B	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales		
pH *(2 - 12 uds. pH)*	PNT-6026 Método interno basado en: SM 4500-H^+ B	A
pH *(2 - 12 uds. pH)*	PNT-6025 Método interno basado en: SM 4500-H^+ B	A
Conductividad *(15 - 50000 µS/cm)*	PNT-6026 Método interno basado en: SM 2510 B	A
Conductividad *(146 µS/cm - 112 mS/cm)*	PNT-6005 Método interno basado en: SM 2510 B	A
Turbidez *(≥ 0,2 NTU)*	PNT-6021 Método interno basado en: SM 2130 B	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales		
Oxidabilidad *(≥ 0,5 mg/l)*	PNT-6020 Método interno basado en: UNE-EN ISO 8467	A
Demanda Química de Oxígeno (DQO) por titulación potenciométrica *(≥ 40 mg/l)*	PNT-6017 Método interno basado en: SM 5220 B	A
Alcalinidad total por titulación potenciométrica *(≥ 25 mg/l)*	PNT-6008 Método interno basado en: UNE-EN ISO 9963-1	A
Dureza Total por titulación fotométrica *(≥ 10 mg/l)*	PNT-6079 Método interno basado en: ASTM D8192-23	A
Fluoruros por electrometría *(≥ 0,1 mg/l)*	PNT-6036 Método interno basado en: SM 4500-F C	A
Amonio por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,05 mg/l)*	PNT-6022 Método interno basado en: UNE-EN ISO 11732	A
Cianuros por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,01 mg/l)*	PNT-6044 Método interno basado en: UNE-EN ISO 14403-2	A
Cloro libre y total por espectrofotometría de UV-VIS Cloro libre *(≥ 0,1 mg/l)* Cloro total *(≥ 0,2 mg/l)*	PNT-6010 Método interno basado en: SM 4500-Cl G	A
Color por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 5 mg/l Pt-Co)*	PNT-6078 Método interno basado en: SM 2120 C	A
Fósforo total por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,5 mg/l)*	PNT-6015 Método interno basado en: SM 4500-P E	A
Nitritos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,035 mg/l)*	PNT-6014 Método interno basado en: SM 4500-NO_2 B	A
Fenoles por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 100 µg/l)*	PNT-6083 Método interno basado en: ISO 14402	A
Carbono orgánico no purgable (NPOC) por espectroscopía IR *(≥ 1 mg/l)*	PNT-6027 Método interno basado en: UNE-EN 1484	A
Metales por espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo con detector de masas (ICP/MS) Aluminio *(≥ 10 µg/l)* Antimonio *(≥ 1 µg/l)* Arsénico *(≥ 1 µg/l)* Boro *(≥ 10 µg/)* Cadmio *(≥ 0,5 µg/l)* Cobre *(≥ 10 µg/l)* Cromo *(≥ 1 µg/l)* Hierro *(≥ 10 µg/l)* Manganeso *(≥ 1 µg/l)* Mercurio *(≥ 0,2 µg/l)* Níquel *(≥ 1 µg/l)* Plomo *(≥ 1 µg/l)* Selenio *(≥ 1 µg/l)* Sodio *(≥ 5 mg/l)*	PNT-6073 Método interno basado en: EPA 6020B	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales		
Metales por espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo con detector de masas (ICP/MS) Calcio *(≥ 5 mg/l)* Potasio *(≥ 1 mg/l)* Magnesio *(≥ 5 mg/l)* Uranio *(≥ 1 µg/l)*	PNT-6073 Método interno basado en: EPA 6020B	A
Aniones por cromatografía iónica Cloruros *(≥ 5 mg/l)* Nitratos *(≥ 5 mg/l)* Sulfatos *(≥ 5 mg/l)*	PNT-6011 Método interno basado en: SM 4110 B	A
Compuestos Orgánicos Volátiles por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) 1,2 Dicloroetano *(≥ 0,2 µg/l)* Tetracloroeteno *(≥ 0,5 µg/l)* Tricloroeteno *(≥ 0,5 µg/l)* Bromoformo *(≥ 2 µg/l)* Bromodiclorometano *(≥ 2 µg/l)* Cloroformo *(≥ 2 µg/l)* Dibromoclorometano *(≥ 2 µg/)* Benceno *(≥ 0,2 µg/l)* Suma de Trihalometanos *(≥ 8 µg/l)* Suma tricloroeteno y tetracloroeteno *(≥ 1 µg/l)*	PNT-6085 Método interno basado en: EPA 5021A	A
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) por cromatografía de gases espectometría de masas-masas (GC-MS/MS) Benzo-a-Pireno *(≥ 2,5 ng/l)* Benzo-(g,h,i)-perileno *(≥ 5 ng/l)* Fluoranteno *(≥ 5 ng/l)* Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno *(≥ 5 ng/l)* Suma de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos *(≥ 5 ng/l)* Suma de Benzo-k-fluoranteno y Benzo-b-fluoranteno *(≥ 10 ng/l)*	PNT-6084 Método interno basado en: EPA 8270E	A
Plaguicidas por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/MS) a-HCH *(≥ 15 ng/l)* Heptaclor epóxido *(≥ 15 ng/l)* Aldrín *(≥ 15 ng/l)* Heptaclor *(≥ 15 ng/l)* Ametrina *(≥ 15 ng/l)* Metil-paratión *(≥ 15 ng/l)* Atrazina *(≥ 15 ng/l)* Metoxiclor *(≥ 15 ng/l)* d-HCH *(≥ 15 ng/l)* P,p'-DDD *(≥ 15 ng/l)* Diazinón *(≥ 15 ng/l)* P,p'-DDE *(≥15 ng/l)* Dieldrín *(≥ 15 ng/l)* P,p'-DDT *(≥ 15 ng/l)* Endosulfan beta *(≥ 15 ng/l)* Paratión *(≥ 15 ng/l)* Endosulfan I *(≥ 15 ng/l)* Prometrina *(≥ 15 ng/l)* Endosulfan sulfato *(≥ 15 ng/l)* Propazina *(≥ 15 ng/l)* Endrín *(≥ 15 ng/l)* Simazina *(≥ 15 ng/l)* Endrín cetona *(≥ 15 ng/l)* Terbutilazina *(≥ 15 ng/l)* Etión *(≥ 15 ng/l)* Suma de b-HCH y Lindano *(≥ 30 ng/l)* Suma de Plaguicidas *(≥ 150 ng/l)*	PNT-6084 Método interno basado en: EPA 8270E	A
Cloro combinado por cálculo *(≥ 0,1 mg/l)*	PNT-6010 Método interno basado en: 4500-Cl G	A
Dureza Total por cálculo *(≥ 33mg/l)*	PNT-6069 Método interno basado en: SM 2340 B	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas residuales		
pH *(2 - 12 uds.de pH)*	PNT-6025 Método interno basado en: SM 4500-H^+ B	A
pH *(2 - 12 uds.de pH)*	PNT-7001 Método interno basado en: SM 4500-H^+ B	B
Conductividad *(146 µS/cm - 112 mS/cm)*	PNT-6005 Método interno basado en: SM 2510 B	A
Conductividad *(147 µS/cm - 112 mS/cm)*	PNT-7002 Método interno basado en: SM 2510 B	B
Materias en suspensión *(≥ 2 mg/l)*	PNT-6023 Método interno basado en: SM 2540 D	A
Materias en suspensión *(≥ 5 mg/l)*	PNT-7009 Método interno basado en: SM 2540 D	B
Color (Método cualitativo) Apreciable/Inapreciable (Máximo dilución 1/1000)	PNT-6000 Método interno basado en: RD 849/1986	A
Nitrógeno Kjeldahl (Nitrógeno orgánico y amoniacal) por titulación volumétrica *(≥ 3 mg/l)*	PNT-6019 Método interno basado en: UNE-EN ISO 25663	A
Amonio libre por titulación volumétrica *(≥ 2 mg/l)*	PNT-6028 Método interno basado en: EPA 350.2	A
Demanda Química de Oxígeno (DQO) por titulación volumétrica *(≥ 40 mg/l)*	PNT-7004 Método interno basado en: SM 5220 B	B
Demanda Química de Oxígeno (DQO) por titulación potenciométrica *(≥ 40 mg/l)*	PNT-6017 Método interno basado en: SM 5220 B	A
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5) por método manométrico *(≥ 5 mg/l)*	PNT-6024 Método interno basado en: SM 5210 D	A
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5) por método manométrico *(≥ 5 mg/l)*	PNT-7005 Método interno basado en: SM 5210 D	B
Fluoruros por electrometría *(≥ 0,1 mg/l)*	PNT-6036 Método interno basado en: SM 4500-F C	A
Fósforo soluble por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,065 mg/l)*	PNT-6042 Método interno basado en: SM 4500-P E	A
Fósforo total por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,5 mg/l)*	PNT-6015 Método interno basado en: SM 4500-P E	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas residuales		
Nitritos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,035 mg/l)*	PNT-6034 Método interno basado en: SM 4500-NO_2 B	A
Ortofosfatos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,2 mg/l)*	PNT-6042 Método interno basado en: SM 4500-P E	A
Tensioactivos aniónicos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,2 mg LSS/l)*	PNT-6001 Método interno basado en: SM 5540 C	A
Fenoles por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 100 µg/l)*	PNT-6083 Método interno basado en: ISO 14402	A
Carbono Orgánico Total (TOC) por espectroscopia IR *(≥ 5 mg/l)*	PNT-6027 Método interno basado en: UNE-EN ISO 1484	A
Aniones por cromatografía iónica Cloruros *(≥ 5 mg/l)* Nitratos *(≥ 5 mg/l)* Sulfatos *(≥ 5 mg/l)*	PNT-6011 Método interno basado en: SM 4110 B	A
Metales por espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo con detector de masas (ICP/MS) Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Hierro, Manganeso *(≥ 10 µg/l)*, Mercurio *(≥ 1 µg/l)*, Molibdeno, Níquel, Plomo, Selenio, Zinc	PNT-6073 Método interno basado en: EPA 6020B	A
Nitrógeno orgánico por cálculo *(≥ 3 mg/l)*	PNT-6028 Método interno basado en: SM 4500 A	A
Nitrógeno total por cálculo *(≥ 4 mg/l)*	PNT-6074 Método interno basado en: SM 4500 A	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas sanitarias		
Hierro por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg/l)*	PNT-6089 Método interno basado en: SM 3500Fe B	A

II. Análisis microbiológicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo		
Recuento de microorganismos aerobios a 22°C y a 36°C	ISO 6222	A
Recuento de bacterias coliformes y *Escherichia coli* *(Filtración)*	Método alternativo ACC (M° Sanidad)	A
Recuento de enterococos intestinales *(Filtración)*	ISO 7899-2	A
Recuento de *Clostridium perfringens* *(Filtración)*	ISO 14189	A
Investigación de bacterias coliformes y *Escherichia coli* *(NMP - método del sustrato definido)*	ISO 9308-2	A
Recuento de bacterias coliformes y *Escherichia coli* *(NMP - método del sustrato definido)*	ISO 9308-2	A
Recuento de *Pseudomonas aeruginosa* *(NMP - método del sustrato definido)*	UNE-EN 16266-2	A
Recuento de colífagos somáticos *(Filtración)*	ISO 10705-2 ISO 10705-3	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de continentales no tratadas		
Recuento de colífagos somáticos *(Filtración)*	ISO 10705-2	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales		
Recuento de microorganismos aerobios a 22°C y a 36°C	ISO 6222	A
Recuento de bacterias coliformes y *Escherichia coli* *(Filtración)*	Método alternativo ACC (M° Sanidad)	A
Recuento de Enterococos intestinales *(Filtración)*	UNE-EN ISO 7899-2	A
Recuento de *Clostridium perfringens* *(Filtración)*	ISO 14189	A
Recuento de bacterias coliformes y *Escherichia coli* *(NMP - método del sustrato definido)*	ISO 9308-2	A
Recuento de *Pseudomonas aeruginosa* *(NMP - método del sustrato definido)*	UNE-EN 16266-2	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas residuales		
Recuento de *Escherichia coli* *(NMP - método del sustrato definido)*	ISO 9308-2	A

III. Análisis ecotoxicológicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas residuales		
Toxicidad por inhibición de la bioluminiscencia bacteriana con *Vibrio fischeri* *(≥ 2 equitox/m^3)*	PNT-5041 Método interno basado en: UNE-EN ISO 11348-3	A

IV. Análisis de *Legionella*

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo, aguas continentales y aguas residuales (incluye aguas regeneradas y aguas depuradas)		
Recuento de *Legionella* spp. Identificación *Legionella pneumophila* (Inmunoensayo)	UNE-EN ISO 11731 PNT-5053 Método interno basado en: kit comercial (*)	A

V. Análisis físico-químicos *in situ*

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo y aguas continentales		
Cloro libre y total por espectrofotometría de UV-VIS Cloro libre *(≥ 0,1 mg/l)* Cloro total *(≥ 0,2 mg/l)*	PNT-6010 Método interno basado en: SM 4500-Cl G	I
Cloro combinado por cálculo *(≥ 0,1 mg/l)*	PNT-6010 Método interno basado en: SM 4500-Cl G	I
Temperatura *(≥ 10 °C)*	PNT-6064 Método interno basado en: SM 2550 B	I

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio

Emplazamientos desde los que se llevan a cabo actividades *in situ*:

C/ Hél-Lade, 17 - 19; 08304 Mataró (Barcelona)

Esta revisión corrige los errores detectados en la revisión nº 24 de fecha 09/04/2026

Código Validación Electrónica: im2a4Mt7i6791zt0z0
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**