

METROLOGÍA, CONTROL Y CALIBRACIÓN, S.L.L. (MC CALIBRACIÓN, METROLOGÍA Y CONTROL)

Dirección: Bº Rebollar CA 308 Antigua Ctra. a Burgos, s/n. 39608 Cacicedo de Camargo (Cantabria)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17020:2012**

Actividad: **Inspección**

Acreditación nº: **431/EI681**

Fecha de entrada en vigor: 08/09/2014

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 10 fecha 17/07/2026)

Índice

CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO: FASE DE INSTRUMENTOS EN SERVICIO	1
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO	1
INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO.....	2

CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO: FASE DE INSTRUMENTOS EN SERVICIO

Requisitos adicionales: **CGA-ENAC-OCML**

Tipo A

INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO
- Clase I: $m \leq 1 \text{ kg}$ y $n \leq 100\,000$ - Clase II: $m \leq 30 \text{ kg}$ y $n \leq 100\,000$ - Clase II: $30 \text{ kg} \leq m \leq 60 \text{ kg}$ y $n \leq 12\,000$ - Clase III y IIII: $m \leq 100\,000 \text{ kg}$ m: capacidad máxima n: número de escalones de verificación
DOCUMENTO REGLAMENTARIO
Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. Anexo I. Orden ITU/1475/2024, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida.
TIPO DE EVALUACIÓN
Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica.

INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

- Seleccionadoras ponderales automáticas:
 - Clase XI, Y(I): $m \leq 1 \text{ kg}$ y $n \leq 100\,000$
 - Clase XII, Y(II): $m \leq 1 \text{ kg}$ y $n \leq 100\,000$
 - Clase XII, Y(II): $1 \text{ kg} \leq m \leq 60 \text{ kg}$ y $n \leq 10\,000$
 - Clase XIII, XIII, Y(a), Y(b): $m \leq 500 \text{ kg}$

m: capacidad máxima

n: número de escalones de verificación

DOCUMENTO REGLAMENTARIO

Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. Anexo II.

Orden ITU/1475/2024, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida.

TIPO DE EVALUACIÓN

Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica.