LABORATORIO ANAYCO, S.L. (Unipersonal)

Dirección: C/ Casabermeja, 15 P. I. La Azucarera Málaga (Málaga)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **1240/LE2269**
Fecha de entrada en vigor: 24/03/2017

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev.12 fecha 15/06/2026)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

ÁREA DE FISICOQUÍMICO

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos (excepto grasas y aceites)	pH por potenciometría *(2,0-9,0 unidades de pH)*	PT-FQ-062 Rev.05 Método interno

ÁREA DE MICROBIOLOGÍA

Análisis de alimentos mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medios de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	Recuento en placa de microorganismos a 30 °C	ISO 4833-1
	Recuento en placa de enterobacterias a 37 °C	RAPID´ *Enterobacteriaceae* Agar
	Recuento en placa de coliformes a 30 °C	ISO 4832
	Recuento en placa de *Escherichia coli* β-glucuronidasa-positivo	ISO 16649-2
	Recuento en placa de Estafilococos coagulasa-positivo	ISO 6888-2
	Recuento en placa de mohos y levaduras	Symphony Agar®
	Recuento en placa de *Listeria monocytogenes*	COMPASS® *Listeria* Agar (enumeration)
	Detección de *Listeria monocytogenes*	COMPASS® *Listeria* Agar *(detección)*
	Detección de *Salmonella* spp.	RAPID´ *Salmonella*

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: 8795D5dghXq1m89BT9
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

Análisis para control de higiene mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medios de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Placas de contacto Laminocultivos	Recuento de microorganismos a 37 °C	PT-MB-060 Rev.3 Método interno
	Recuento de enterobacterias presuntivas a 37 °C	
Hisopos	Recuento de enterobacterias a 37º C	RAPID´ Enterobacteriaceae,
	Recuento de microorganismos a 30 °C	ISO 4833-1
	Recuento de *Escherichia coli* β-glucuronidasa positivo	ISO 16649-2
	Recuento de Staphylococos coagulasa positivos	ISO 6888-2
	Detección de *Listeria monocytogenes*	COMPASS® *Listeria* Agar *(detection)*
Placas de impactación	Recuento de mohos y levaduras	SUMB-006 Rev. 2 Método interno
	Recuento de microorganismos a 30 °C	SUMB-002 Rev.3 Método interno

Análisis de alimentos mediante métodos basados en técnicas de inmunofluorescencia (ELFA)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	Detección de *Salmonella* spp por inmunofluorescencia automatizada (ELFA)	VIDAS® UP *Salmonella* (SPT)
	Detección de *Listeria monocytogenes* por inmunofluorescencia automatizada (ELFA)	VIDAS® *Listeria monocytogenes* Xpress (LMX)

Análisis para control de higiene mediante métodos basados en técnicas de inmunofluorescencia (ELFA)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Esponjas Hisopos	Detección de *Listeria monocytogenes* por inmunofluorescencia automatizada (ELFA)	VIDAS® *Listeria* monocytogenes Xpress (LMX)

Análisis de aguas mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medios de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo	Recuento en placa de Enterococos intestinales *(Filtración)*	UNE-EN ISO 7899-2
	Recuento en placa de microorganismos a 22 °C	ISO 6222
Aguas de piscina, spa y jacuzzi	Recuento en placa microorganismos a 36 °C	
	Recuento de Pseudomonas aeruginosa *(Filtración)*	ISO 16266
Aguas de consumo Aguas de piscina	Recuento de coliformes y *Escherichia coli* *(Filtración)*	ISO 9308-1
Aguas de pozo		PT-MB-024 *Método interno basado en ISO 9308-1*
Aguas regeneradas	Recuento de *Escherichia coli* *(Filtración)*	

Análisis de *Legionella*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo Aguas continentales (incluye torres de refrigeración y condensadores evaporativos) Aguas depuradas	Recuento de *Legionella spp*.	UNE-EN ISO 11731

Esta revisión corrige los errores detectados en la revisión nº 11 de fecha 22/05/2026

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.