

**UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (UCS).
INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES "LUIS CONCEIRO".
Servicio de Toxicología Forense**

Dirección: Rua San Francisco, s/n; 15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **1219/LE2355**

Fecha de entrada en vigor: 21/10/2016

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 10 fecha 27/06/2025)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Fluido oral, sangre y plasma	Análisis cualitativo y cuantitativo de: 6-Acetilmorfina (6-AM) - Alprazolam - Anfetamina - Benzoilecgonina (BE) - Clonazepam - Cocaína - Codeína - Diazepam - Flunitrazepam - Ketamina - Lorazepam - Metadona - Metanfetamina - Metilendioxianfetamina (MDA) - Metilendioxietilamfetamina (MDEA) - Metilendioximetanfetamina (MDMA) - Morfina - Nordiazepam - Oxazepam - Tetrahidrocannabinol (THC) - Zolpidem <i>Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tandem (LC-MS/MS)</i> <i>LOD/LOQ: 1 ng/mL</i>	Método interno PE-STF-01 Rev. 16
Sangre, plasma, orina y humor vítreo	Análisis cualitativo y cuantitativo de etanol mediante cromatografía de gases-espacio de cabeza-detector de ionización de llama (GC-HS-FID) <i>LOD/LOQ: 0,1 g/L</i>	Método interno PE-STF-02 Rev.7

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Sangre, plasma, orina	Análisis cualitativo y cuantitativo de metanol mediante cromatografía de gases-espacio de cabeza-detector de ionización de llama (GC-HS-FID) <i>LOD/LOQ: 0,1 g/L</i>	Método interno PE-STF-02 Rev. 7
Fluido oral	Análisis cualitativo y cuantitativo de Δ^9 tetrahidrocannabinol (THC) mediante LC-MS/MS <i>LOD/LOQ: 1 ng/mL</i>	Método interno PE-STF-03 Rev. 8