VYC INDUSTRIAL, S.A. (Unipersonal)
Laboratorio de Ensayos

Dirección: C/ Avenc del Daví, 22; Pol. Ind. Can Petit; 08227 Terrassa (Barcelona)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad*:* **Ensayo**
Acreditación nº: **1471/LE2696**
Fecha de entrada en vigor: 11/11/2022

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 3 fecha 04/09/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación

	Código
C/ Avenc del Daví, 22 (Pol. Ind. Can Petit) – 08227 Terrassa (Barcelona)	A

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA

Contadores y verificación de equipos de medida

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Válvulas de seguridad para gas	Caudal de descarga real Coeficiente de descarga Coeficiente de descarga reducido Presión de regulación Presión de descarga (po) Carrera en sobrepresión Presión de reinicio *Caudal: (0 – 61950) m³/h* *Diámetros Nominales: DN 8 – DN100* *Temperatura del fluido: (0 – 60) ˚C* *Presión: (0 – 40) bar*	UNE-EN ISO 4126-1	A

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: pf7f1h1N0eJ4l3goM9
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**