

**ANEXO TÉCNICO**  
**ACREDITACIÓN Nº OC-I/334**

**Entidad: OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A. (Unipersonal)**

Dirección: Vía de las Dos Castillas, 7. Edificio OCA GROUP; 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

**Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 (CGA-ENAC-OCML) y en el Artículo 58 del R.D. 244/2016.**

**Título: Control Metrológico del Estado: fase de instrumentos en servicio**

**Tipo A**

| <b>REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y TERMÓMETROS</b><br><b>Laboratorio Permanente:</b><br><b>Clases: 1 y 2 (-30 °C a 50 °C) con sonda exterior</b><br><b>In Situ:</b><br><b>Clases 1 y 2 (-30 °C a 50 °C)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE EVALUACIÓN: Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
| DOCUMENTO REGLAMENTARIO                                                                                                                                                                                                                             | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                      |
| Orden ITC/3701/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los registradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada. | UNE EN 13486:2002. Registradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento y distribución de alimentos refrigerados, congelados y ultracongelados, y helados. Verificación periódica. |

| <b>MANÓMETROS ANALÓGICOS DE USO PÚBLICO PARA NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES</b><br><b>(Hasta: 17 bar)</b>                                                                                                                                               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| TIPO DE EVALUACIÓN: Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica.                                                                                                                                                              |                        |
| DOCUMENTO REGLAMENTARIO                                                                                                                                                                                                                                      | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |
| Orden Ministerial de 25 de abril de 1995, por la que se regula el control metrológico de los manómetros de uso público para neumáticos de vehículos automóviles, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y verificación periódica. |                        |

**MANÓMETROS ELECTRÓNICOS DESTINADOS A MEDIR LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS DE LOS VEHÍCULOS A MOTOR**  
(Hasta: 17 bar)

TIPO DE EVALUACIÓN: Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica

| DOCUMENTO REGLAMENTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Orden ITC/3700/2006 de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los manómetros dotados, total o parcialmente, de componentes electrónicos provistos o no de dispositivos de predeterminación, destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor |                        |

**SISTEMAS DE MEDIDA DE LÍQUIDOS DISTINTOS DEL AGUA DENOMINADOS SURTIDORES O DISPENSADORES**  
 $Q_{Max} \leq 200 \text{ l/min}$

TIPO DE EVALUACIÓN: Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica

| DOCUMENTO REGLAMENTARIO                                                                                                                                                                                  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Orden ITC/3720/2006, de 22 de noviembre de 2006, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores. |                        |

**SISTEMAS DE MEDIDA DE LÍQUIDOS DISTINTOS DEL AGUA DENOMINADOS SURTIDORES O DISPENSADORES, DESTINADOS AL SUMINISTRO A VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE SUSTANCIAS NO DESTINADAS A SU USO COMO COMBUSTIBLE**  
 $Q_{Max} \leq 50 \text{ l/min}$

TIPO DE EVALUACIÓN: Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica.

| DOCUMENTO REGLAMENTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Orden ITC/360/2010, de 12 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible. |                        |

**EMPLAZAMIENTOS DESDE LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD:**

| COMUNIDAD AUTÓNOMA | DIRECCIÓN                                      | MUNICIPIO - PROVINCIA         |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cataluña           | Avda. de la Ferrería, 57 Pol. Ind. La Ferrería | Montcada i Reixac - Barcelona |