

SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A. (Unipersonal) Laboratorio de Las Palmas

Dirección/Address: C/ Sucre Nº 24; 35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/Activity: **Ensayos/Testing**

Acreditación/Accreditation nº: **14/LE2676**

Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 29/04/2022

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 6 fecha/date 19/06/2026)

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA / Tests in the following area:

Combustibles y productos petrolíferos / Fuels and petroleum products

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Fuelóleos <i>Fuel oil</i>	Densidad a 15 °C <i>Density at 15 °C</i> (900-1100) kg/m ³	ASTM D4052 UNE-EN ISO 12185
	Contenido de Azufre por Fluorescencia de Rayos X <i>Sulfur content by X-ray fluorescence spectrometry</i> (0,1-4,0) % m/m	ASTM D4294 UNE-EN ISO 8754
	Contenido Agua por Destilación <i>Water by Distillation</i> (0,1-10)% v/v	ASTM D95 ISO 3733
	Punto de Fluides <i>Pour Point</i> (-21 a +30) °C	ASTM D97 ISO 3016 UNE-EN ISO 3016

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: he1Q3e9Ds62yW0077Z

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE
Gasóleos <i>Gas oil</i>	Densidad a 15 °C <i>Density at 15 °C</i> (800-1000) kg/m ³	ASTM D4052 UNE-EN ISO 12185
	Contenido de Azufre por Fluorescencia de Rayos X <i>Sulfur content by X-ray fluorescence spectrometry</i> (0,02-1,0) % m/m	ASTM D4294 UNE-EN ISO 8754
	Contenido Agua por Destilación <i>Water by Distillation</i> (0,1-10)% v/v	ASTM D95 ISO 3733
	Punto de Fluidez <i>Pour Point</i> (-42 a 0) °C	ASTM-D97 ISO 3016 UNE-EN ISO 3016
	Punto de Enturbiamiento <i>Cloud Point</i> (-24 a +20) °C	ASTM D2500 ISO 3015 UNE-EN ISO 3015