BÁSCULAS NORA, S.L.
Laboratorio de Calibración

Dirección/*Address*: Polígono Industrial de Santianes, Parcela 11 A; 33518 Sariego (Asturias)
Norma de referencia/*Reference Standard*: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Acreditación/*Accreditation* nº: **281/LC10.249**
Actividad/ *Activity:* **Calibraciones / *Calibrations***
Fecha de entrada en vigor/ *Coming into effect*: 29/07/2022

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev. / *Ed*. 3 fecha / *date* 31/07/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación/
***Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out*:**

	Código / *Code*
Pol. Ind. de Santianes, parcela 11 A; 33518 Sariego (Asturias)	A
Calibraciones *in situ*	I

Calibraciones en la siguiente área/*Calibrations in the following area:*

Masa *(Mass)*

CAMPO DE MEDIDA *Range*	INCERTIDUMBRE (*) *Uncertainty* (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO *Standard/ Procedure*	INSTRUMENTOS A CALIBRAR *Instruments*	CÓDIGO *Code*
MASA ***Mass***				
0,001 g ≤ m ≤ 0,05 g	0,13 mg	PCAL-M.04 Procedimiento interno basado en EURAMET/cg/18	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (IPFNA)	I
0,05 g < m ≤ 0,5 g	0,15 mg			
0,5 g < m ≤ 1 g	0,17 mg			
1 g < m ≤ 2 g	0,18 mg		Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con receptores especiales que no requieren substituciones especiales (tolvas y ganchos pesadores)	
2 g < m ≤ 5 g	0,22 mg			
5 g < m ≤ 10 g	0,26 mg			
10 g < m ≤ 20 g	0,32 mg			
20 g < m ≤ 50 g	0,39 mg			
50 g < m ≤ 100 g	0,61 mg			
100 g < m ≤ 200 g	1,2 mg			

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es
Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: uUs2B59ms26m9961J6
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

CAMPO DE MEDIDA *Range*	INCERTIDUMBRE (*) *Uncertainty* (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO *Standard/ Procedure*	INSTRUMENTOS A CALIBRAR *Instruments*	CÓDIGO *Code*
MASA *Mas*				
200 g < m ≤ 500 g	3,1 mg			
500 g < m ≤ 1 kg	6,1mg			
1 kg < m ≤ 2 kg	12 mg			
2 kg < m ≤ 5 kg	31 mg			
5 kg < m ≤ 10 kg	61 mg			
10 kg < m ≤ 20 kg	1,1 g			
20 kg < m ≤ 50 kg	11 g			
50 kg < m ≤ 100 kg	22 g			
100 kg < m ≤ 200 kg	43 g			
200 kg < m ≤ 500 kg	0,11 kg			
500 kg < m ≤1000 kg	0,22 kg			
1000 kg < m ≤2000 kg	0,43 kg			
2000 kg < m ≤5000 kg	1,1 kg			
5000 kg < m ≤ 10000 kg	2,2 kg			
10000 kg < m ≤ 15000 kg	3,3 kg			
15000 kg < m ≤ 20000 kg	13 kg			
20000 kg # < m ≤ 40000 kg #	19 kg			
40000 kg # < m ≤ 60000 kg #	24 kg			
1 g < m ≤ 2 g	4,4 mg	PCAL-M.04 Procedimiento interno basado en EURAMET/cg/18	Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (IPFNA) Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático con receptores especiales que no requieren substituciones especiales (tolvas y ganchos pesadores) con Max /d ≤ 6000	A
2 g < m ≤ 5 g	5,9 mg			
5 g < m ≤ 10 g	7,6 mg			
10 g < m ≤ 20 g	11 mg			
20 g < m ≤ 50 g	16 mg			
50 g < m ≤ 100 g	30mg			
100 g < m ≤ 200 g	59 mg			
200 g < m ≤ 500 g	0,15 g			
500 g < m ≤ 1 kg	0,30 g			
1 kg < m ≤ 2 kg	0,59 g			
2 kg < m ≤ 5 kg	1,5 g			
5 kg < m ≤ 10 kg	3,0 g			
10 kg < m ≤ 20 kg	5,9 g			

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es

Código Validación Electrónica: uUs2B59ms26m9961J6
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

CAMPO DE MEDIDA *Range*	**INCERTIDUMBRE (*)** *Uncertainty* (*)	**NORMA/ PROCEDIMIENTO** *Standard/ Procedure*	**INSTRUMENTOS A CALIBRAR** *Instruments*	**CÓDIGO** *Code*
MASA *Mas*				
20 kg < m ≤ 50 kg	15 g			
50 kg < m ≤ 100 kg	30 g			
100 kg < m ≤ 200 kg	59 g			
200 kg < m ≤ 500 kg	0,15 kg			
500 kg < m ≤ 1000 kg	0,30 kg			
1000 kg < m ≤ 2000 kg	0,59 kg			
2000 kg < m ≤ 5000 kg	1,5 kg			
5000 kg < m ≤ 10000 kg	3,0 kg			
10000 kg < m ≤ 15000 kg	4,5 kg			
15000 kg < m ≤ 20000 kg	13 kg			

(#) Calibración con lastre

(*) Menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(*) The smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

An in-house method is considered based on standardized methods when its validity and suitability have been demonstrated against standard reference methods. This will never imply that ENAC considers both methods equivalents. For more information, please consult Annex I to the CGA-ENAC-LEC.

Código Validación Electrónica: uUs2B59ms26m9961J6
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**