

APPLUS NORCONTROL, S.L.(Unipersonal) (APPLUS) Laboratorio de Análisis de Aceites Minerales Aislantes

Dirección: Ctra, Nacional VI, Km 582; 15168 Sada (A Coruña)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **76/LE2807**

Fecha de entrada en vigor: 10/05/2024

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 1 fecha 10/05/2024)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

Polígono Industrial de Vallecas, calle Gamonal, 5 planta 3ª, nave 17 28031 Madrid.

ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:

Combustibles y productos petrolíferos

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Líquidos aislantes		
Líquidos aislantes	Tensión de ruptura dieléctrica a frecuencia industrial (10 - 90) kV	UNE-EN 60156 (excepto muestreo)
Líquidos aislantes	Contenido en agua por valoración coulométrica automática de Karl Fischer (valoración directa de líquidos de baja viscosidad) (3 - 100) mg/Kg	UNE-EN 60814