

J. AGUIRRE, S.L.

Dirección/Address: C/ Laguna del Marquesado, nº 19, planta 2, Nave 17; 28021 Madrid

Norma de referencia/ Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Acreditación/ Accreditation nº: **259/LC10.224**

Actividad/ Activity: **Calibraciones / Calibrations**

Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 04/11/2019

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev. / Ed. 6 fecha / date 26/06/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación/

Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:

	Código / Code
C/ Laguna del Marquesado, nº 19, planta 2, Nave 17; 28021 Madrid	A

Calibraciones en las siguientes áreas/Calibrations in the following areas:

Caudal (Flow)	1
Presión y Vacío (Pressure and Vacuum)	2
Temperatura y Humedad (Temperature and Humidity)	2

Caudal (Flow)

CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO Standard/ Procedure	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments	CÓDIGO Code
MAGNITUD <i>Quantity</i>				
33,33 l/min ≤ Q ≤ 41,67 l/min (2 m³/h ≤ Q ≤ 2,5 m³/h)	0,0052 · Q	Procedimiento interno PE 06 Rev. 7	Medidores de caudal y Medidores de caudal en captadores de partículas	A

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es.

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: yfi1Mr239060c9Ir5f

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

Presión y Vacío (*Pressure and Vacuum*)

CAMPO DE MEDIDA <i>Range</i>	INCERTIDUMBRE (*) <i>Uncertainty (*)</i>	NORMA/ PROCEDIMIENTO <i>Standard/ Procedure</i>	INSTRUMENTOS A CALIBRAR <i>Instruments</i>	CÓDIGO <i>Code</i>
PRESIÓN ABSOLUTA NEUMÁTICA <i>Pneumatic pressure: absolute</i>				
800 hPa – $P \leq 1250$ hPa	1,5 hPa	Procedimiento interno PE 14 basado en ME-003 (CEM)	Manómetros, medidores de presión de lectura directa	A
PRESIÓN RELATIVA NEUMÁTICA <i>Pneumatic pressure: gauge</i>				
-700 hPa $\leq P \leq 0$ hPa	1,3 hPa	Procedimiento interno PE 14 basado en ME-003 (CEM)	Vacuómetros, medidores de presión de lectura directa	A

Temperatura y Humedad (*Temperature and Humidity*)

CAMPO DE MEDIDA <i>Range</i>	INCERTIDUMBRE (*) <i>Uncertainty (*)</i>	NORMA/ PROCEDIMIENTO <i>Standard/ Procedure</i>	INSTRUMENTOS A CALIBRAR <i>Instruments</i>	CÓDIGO <i>Code</i>
TEMPERATURA (en aire) <i>Temperature (on air)</i>				
-25 °C $a \leq 50$ °C > 50 °C $a \leq 100$ °C > 100 °C a 150 °C	0,5 °C 0,6 °C 0,9 °C	Procedimiento interno PE/12 basado en CEM TH007	Termómetros de lectura directa con sensor de resistencia termométrica Termómetros de lectura directa con sensor semiconductor	A

(*) Menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(*) *The smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.*

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

An In-house method is considered to be based on standardized methods when its validity and suitability for use have been demonstrated by reference to said standardized method and in no case implies that ENAC considers that both methods are equivalent. For more information, we recommend consulting Annex I to the CGA-ENAC-LEC.

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: yfi1Mr239060c9lr5f

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**