

LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL

Dirección: C/ Polideportivo, nº 2; 44500 Andorra (Teruel)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **1512/LE2794**

Fecha de entrada en vigor: 27/10/2023

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 3 fecha 20/03/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
C/ Polideportivo, nº 2; 44500 Andorra (Teruel)	A

Ensayos en el sector medioambiental

Índice

MUESTRAS LIQUIDAS	1
I. Análisis físico-químicos	1
Aguas de consumo	1
Aguas continentales no tratadas	2
CALIDAD DEL AIRE	2
I. Aire ambiente	2
Soportes de muestreo de aire ambiente.....	2

MUESTRAS LIQUIDAS

I. Análisis físico-químicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo		
pH (2 – 12 uds. de pH)	PE-FQ-4 Método interno basado en UNE-EN ISO 10523:2012	A
Conductividad (132 – 11664 µS/cm)	PE-FQ-5 Método interno basado en UNE-EN 27888:1994	A
<i>Turbidez</i> (0,10 – 50 UNT)	PE-FQ-3 Método interno basado en UNE-EN ISO 7027-1:2016	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales no tratadas		
pH (2 – 12 uds. de pH)	PE-FQ-4 Método interno basado en UNE-EN ISO 10523:2012	A
Conductividad (132 – 11664 μ S/cm)	PE-FQ-5 Método interno basado en UNE-EN 27888:1994	A
<i>Turbidez</i> (0,10 – 50 UNT)	PE-FQ-3 Método interno basado en UNE-EN ISO 7027-1:2016	A

CALIDAD DEL AIRE

I. Aire ambiente

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Soportes de muestreo de aire ambiente		
Partículas PM10 y PM2,5 Filtros de 47 mm de diámetro ($\geq 0,18$ mg/filtro) Filtros de 150 mm de diámetro ($\geq 2,38$ mg/filtro)	UNE-EN 12341	A