

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN BIZKAIA

Dirección: Parque Tecnológico de Bizkaia. Edificio 502. C/ Ibaizabal Bidea; 48160 Derio (Vizcaya)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **132/LE469**

Fecha de entrada en vigor: 04/02/2000

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 12 fecha 05/07/2019)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Sangre-Fluoruro	Etanol <i>Cromatografía de Gases (CG)/espacio de cabeza</i>	<i>Método interno basado en el método oficial de determinación de alcoholemias recomendado por el Instituto Nacional de Toxicología. 1994 PNTQCL06</i>
Orina	Screening de drogas de abuso Opiáceos Metabolitos de cocaína Anfetaminas/Éxtasis Benzodiacepinas Metabolitos de cannabinoides Metadona Ketamina Acetil morfina <i>Enzimo Inmunoensayo homogéneo</i>	Método interno basado en kit Thermo Fisher CEDIA e Inmunoanalysis HEIA PNT TOX13
	Determinación de creatinina <i>Reacción de Jaffé</i>	Método interno basado en kit Thermo Fisher DRI PNT TOX14
	Cribado de etil-glucurónido <i>Enzimo Inmunoensayo homogéneo</i>	Método interno basado en kit Thermo Fisher DRI PNT TOX15

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.