DIEZ ANTOÑANZAS MEDIOAMBIENTE, S.L.

Dirección: C/ Madre Vedruna, 31, local; 50008 Zaragoza
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **1255/LE2344**
Fecha de entrada en vigor: 26/05/2017

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 11 fecha 19/06/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
C/ Madre Vedruna, 31, local; 50008 (Zaragoza)	A

Ensayos en el sector medioambiental

Índice

MUESTRAS LÍQUIDAS 1
I. Análisis físico-químicos 1
Aguas de consumo y envasadas 1
Aguas continentales 2
Aguas residuales 2
II. Análisis de *Legionella* 2
Aguas de consumo, aguas continentales tratadas 2

MUESTRAS LÍQUIDAS

I. Análisis físico-químicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo y envasadas		
pH *(4 - 10 uds. de pH)*	ME-6 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad *(84- 5000 µS/cm)*	ME-4 Método interno basado en: UNE-EN 27888	A
Amonio por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,15 mg/l)*	ME-11 Método interno basado en: Orden de 1 de julio de 1987	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales		
pH *(4 - 10 uds. de pH)*	ME-6 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad *(84- 13.000 µS/cm)*	ME-4 Método interno basado en: UNE-EN 27888	A
Sólidos en suspensión *(≥ 5 mg/l)*	ME-16 Método interno basado en: UNE-EN 872	A
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5) por método manométrico *(≥ 20 mg/l)*	ME-19 Método interno basado en: SM 5210-D	A
Demanda Química de Oxígeno (DQO) por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 20 mg/l)*	ME-18 Método interno basado en: EPA 410.4.2	A
Fosfato por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,2 mg/l)*	ME-21 Método interno basado en: SM 4500-P E	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas residuales		
pH *(4 - 10 uds. de pH)*	ME-6 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad *(84- 13.000 µS/cm)*	ME-4 Método interno basado en: UNE-EN 27888	A
Sólidos en suspensión *(≥ 5 mg/l)*	ME-16 Método interno basado en: UNE-EN 872	A
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5) por método manométrico *(≥ 20 mg/l)*	ME-19 Método interno basado en: SM 5210-D	A
Demanda Química de Oxígeno (DQO) por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 20 mg/l)*	ME-18 Método interno basado en: EPA 410.4.2	A

II. Análisis de *Legionella*

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo, aguas continentales tratadas		
Recuento de *Legionella spp*	UNE-EN ISO 11731	A

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.