

TELETEST ANALYTICA, S.A. (TELETEST LAB ANÁLISIS)

Dirección: C/ Montseny 11; 08012 (Barcelona)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **910/LE1750**
Fecha de entrada en vigor: 27/06/2011

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 10 fecha 08/05/2026)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Análisis de alimentos mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	PNT 2988 <i>Método interno basado en RAPID'Salmonella</i>
	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	PNT 2995 <i>Método interno basado en COMPASS® Listeria Agar</i>
Alimentos	Recuento en placa de <i>Listeria monocytogenes</i>	PNT 2996 <i>Método interno basado en COMPASS® Listeria Agar</i>
	Recuento en placa de <i>Escherichia coli</i> β -glucuronidasa positivo	ISO 16649-2

Análisis de control de higiene de operadores agroalimentarios mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Hisopos	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	PNT 3662 <i>Método interno basado en RAPID[®] Salmonella</i>
	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	PNT 3663 <i>Método interno basado en COMPASS[®] Listeria Agar</i>
	Detección de <i>Listeria</i> spp.	PNT 2985 PNT 3663 <i>Método interno basado en COMPASS[®] Listeria Agar</i>
Hisopos Placas de contacto Placas por impactación	Recuento de microorganismos a 30 °C	PNT 3281 Rev. 3 PNT 3282 Rev. 3 <i>Métodos internos</i>
Laminocultivos	Recuento de microorganismos a 37 °C	PNT 3282 Rev. 3 <i>Método interno</i>
Hisopos Laminocultivos	Recuento de enterobacterias a 37 °C	PNT 3281 Rev. 3 PNT 3282 Rev. 3 <i>Métodos internos</i>
Hisopos Placas de contacto Placas por impactación	Recuento de mohos y levaduras a 25 °C	PNT 3281 Rev. 3 PNT 3282 Rev. 3 <i>Métodos internos</i>

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.