DESARROLLO DE ANÁLISIS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. (LABTECNIC, ANÁLISIS Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES)

Dirección: C/ Pare Carles Ferri, nº 23; 46702 Gandía (Valencia)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **1295/LE2310**
Fecha de entrada en vigor: 06/04/2018

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 6 fecha 31/07/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
C/ Pare Carles Ferri, nº 23; 46702 Gandía (Valencia)	A
Actividades in situ	I

Ensayos en el sector medioambiental

Índice

MUESTRAS LÍQUIDAS **1**
I. Análisis físico-químicos **1**
Aguas de consumo, aguas continentales tratadas y aguas residuales 1
II. Análisis microbiológicos **2**
Aguas de consumo 2
Aguas continentales 2
III. Análisis de *Legionella* **2**
Aguas de consumo y aguas continentales tratadas (aguas de piscina, aguas de torres de refrigeración y aguas de condensadores evaporativos) 2
IV. Toma de muestra *Legionella* **2**

MUESTRAS LÍQUIDAS

I. Análisis físico-químicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo, aguas continentales tratadas y aguas residuales		
pH *(2 – 10 uds. de pH)*	MTD-FQ-109 Método interno basado en: ISO 10523	A
Conductividad *(84 – 12880 µS/cm)*	MTD-FQ-110 Método interno basado en: ISO 27888	A

ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN ENAC

II. Análisis microbiológicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo		
Recuento de coliformes y *Escherichia coli* (*Filtración*)	UNE-EN ISO 9308-1	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales		
Recuento de coliformes y *Escherichia coli* *(Filtración)*	MTD-MA-103 Método interno basado en: UNE-EN ISO 9308-1	A

III. Análisis de *Legionella*

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo y aguas continentales tratadas (aguas de piscina, aguas de torres de refrigeración y aguas de condensadores evaporativos)		
Recuento de *Legionella* spp. Identificación *Legionella pneumophila* (*Inmunoensayo*)	UNE-EN ISO 11731 IT-08 Método interno basado en: kit comercial (*)	A

IV. Toma de muestra *Legionella*

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
– Sistemas de agua fría de consumo humano, sistemas de agua caliente sanitaria (acumuladores, depósitos, puntos terminales) – Jacuzzi, piscinas, spas – Fuentes ornamentales – Sistemas de riego por aspersión – Instalaciones de uso sanitario / terapéutico	MTD-TM-01 Método interno basado en: RD 487/2022 ANEXO VI	I

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

Emplazamientos desde los que se llevan a cabo actividades *in situ*:

C/ Pare Carles Ferri, nº 23; 46702 Gandía (Valencia)

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio.