

## VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN, S.L.

Dirección/Address: Av. Granvia de L'Hospitalet, numero 8, Planta 5; 08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Acreditación/Accreditation nº: **282/LC10.251**

Actividad/Activity: **Calibraciones/Calibrations**

Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 15/01/2010

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 2 fecha/date 26/01/2026)

**Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación**

*Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:*

	Código / Code
Carretera de L'Hospitalet Nº 17 Nave A; 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)	A

**Calibraciones en la siguiente área/Calibration in the following area:**

#### Volumen (Volume)

CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO Standard/ Procedure	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments	CÓDIGO CODE
<b>MAGNITUD/ Quantity</b>				
0,0048 m <sup>3</sup> ≤ V ≤ 4,80 m <sup>3</sup> Rango de caudal 0,16 m <sup>3</sup> /h ≤ Q ≤ 160 m <sup>3</sup> /h  (dens. aire ≈ 1,2 kg/ m <sup>3</sup> )	0,003 · V	Procedimiento interno PCL-01 Basado en Procedimiento del CEM ME009	Contadores de gas de membrana.  Cálculo del Error de Indicación (%) del contador de gas en función del caudal volumétrico.  (G16 a G100)	A
0,03 m <sup>3</sup> ≤ V ≤ 120 m <sup>3</sup> Rango de caudal 1 m <sup>3</sup> /h ≤ Q ≤ 4000 m <sup>3</sup> /h  (dens. aire ≈ 1,2 kg/ m <sup>3</sup> )	0,003 · V	Procedimiento interno PCL-01 Basado en Procedimiento del CEM ME009	Contadores de gas de desplazamiento rotativo y de turbina.  Cálculo del Error de Indicación (%) del contador de gas en función del caudal volumétrico.  (G16 a G2500)	A

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information [www.enac.es](http://www.enac.es)  
 Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF ([www.enac.es](http://www.enac.es))

**Código Validación Electrónica:** 9mRt93p167g921ZGor

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

(\*) Menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

*(\*) The smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.*

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

*An in-house method is considered based on standardized methods when its validity and suitability have been demonstrated against standard reference methods. This will never imply that ENAC considers both methods equivalent. For more information, please consult Annex I to the CGA-ENAC-LEC.*