

HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA. Servicio de Anatomía Patológica

Dirección: Av. Alcalde Rovira Roure, 80; 25198 LLEIDA (LLEIDA)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO 15189:2013**

Actividad: Laboratorio clínico

Acreditación nº: **1283/LE2442**

Fecha de entrada en vigor: 19/01/2018

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 4 fecha 08/10/2021)

HISTOPATOLOGÍA	1
CITOLOGÍA CÉRVICO-VAGINAL	1
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS	2

HISTOPATOLOGÍA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO (método comercial, procedimiento interno, protocolos reconocidos, equipos)
Biopsias ginecológicas	Estudio macroscópico y tallado Procesamiento Tinción básica Hematoxilina-Eosina Técnicas complementarias Estudio microscópico y diagnóstico	Protocolos reconocidos PTD-01 PTD-02 PTD-03 PTD-04 PTD-06 PTD-07

CITOLOGÍA CÉRVICO-VAGINAL

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO (método comercial, procedimiento interno, protocolos reconocidos, equipos)
Muestras citológicas convencionales	Procesado Tinción convencional: Papanicolaou Estudio microscópico y diagnóstico	Protocolos reconocidos PTD-08 PTD-09

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO (método comercial, procedimiento interno, protocolos reconocidos, equipos)
HISTOQUÍMICA		
Bloque de parafina	Ferro-Perls Giemsa Jones Orceina PAS PAS-Diastasa Plata Metenamina de Grocott Reticulina Roig Congo Tricromic de Masson Vonkossa Warthin Starry Ziehl Nielsen	Método comercial Artisan/Link PTD-04
INMUNOHISTOQUÍMICA		
Bloque de parafina	Visualización y detección de antígenos celulares específicos mediante inmunohistoquímica (1)	Método comercial PTD-05 PTD-10

(1) Alcance flexible: el laboratorio dispone de una lista de Pruebas Acreditadas a disposición del cliente según se establece en el documento NT-48 de ENAC

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO (método comercial, procedimiento interno, protocolos reconocidos, equipos)
Técnicas Moleculares		
Bloque de parafina	Metilación de MLH-1 <i>Pirosecuenciación</i>	Método comercial PyroMark Q24 PTD-11

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO (método comercial, procedimiento interno, protocolos reconocidos, equipos)
Muestra cérvico-vaginal en medio líquido	Detección del virus del papiloma humano (HPV) para genotipos de alto riesgo mediante PCR a tiempo real VPH 16, VPH 18, VPH (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)	Método comercial Cobas 4800 System X 480 PTD-12

Suspensión Temporal Voluntaria