UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
NUCLEUS-SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Servicio de Citometría

Dirección: Calle Espejo Nº 2, Edificio I+D+I;37007 Salamanca (SALAMANCA)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO 15189:2023**
Actividad: Laboratorio clínico
Acreditación nº: **1249/LE2468**
Fecha de entrada en vigor: 16/11/2018

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 6 fecha 20/11/2026)

CITOMETRÍA DE FLUJO 1
BIOLOGÍA MOLECULAR 2

CITOMETRÍA DE FLUJO

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Médula ósea en EDTA	Detección de enfermedad mínima residual (EMR) en mieloma múltiple (MM) Tubo 1: CD38-FITC; CD56-PE; CD45 PerCP-Cyanine5.5; CD19-PE-Cyanine7; CD117-APC; CD81-APC750; CD138-BV421; CD27-BV510 Tubo 2: CD38-FITC; CD56-PE; CD45 PerCP-Cyanine5.5; CD19-PE-Cyanine7; CYIgKAPPA-APC; CYLAMBDA-APCC750; CD138-BV421; CD27-BV510 *Citometría de flujo de nueva generación (EuroFlow-based NGF MM-MRD method)*	Procedimiento interno Citómetro FACS Canto/ FACS Canto II PE-11CI-Ed4

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: 1m9hFr9Q84rwhB14D0
ENAC is signatory to the Mutual Recognition Agreements established within the European co-operation for Accreditation (EA) and Global Accreditation Cooperation Incorporated (GLOBAL ACI) (see www.enac.es).

BIOLOGÍA MOLECULAR

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Médula ósea-EDTA Sangre periférica-EDTA Células en suspensión (poblaciones celulares separadas a partir de sangre o médula ósea)	Detección y cuantificación de la mutación p.D816V de *KIT* (mastocitosis) *PCR alelo específica a tiempo real cuantitativa (Determinación ASO-qPCR)*	Procedimiento interno PE-90CIBM-Ed2
Médula ósea-EDTA Sangre periférica-EDTA Células en suspensión (poblaciones celulares separadas a partir de sangre o médula ósea) Hisopos bucales ADN	Detección de la mutación p.D816V de gen *KIT* (mastocitosis) *Flow Super RCA cuantitativa*	Procedimiento interno Citómetro FACS Lyric Robot Opentrons OT-2 PE-97CIBM-Ed2

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: 1m9hFr9Q84rwhB14D0