

UNIVERSIDADE DA CORUÑA LABORATORIO DE RADIATIVIDAD AMBIENTAL

Dirección: Edificio CIS Tecnología y Diseño. A Cabana, s/n; 15590 Ferrol (A Coruña)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **1655/LE2761**

Fecha de entrada en vigor: 31/07/2026

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 1 fecha 31/07/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
Edificio CIS Tecnología y Diseño. A Cabana, s/n; 15590 Ferrol (A Coruña)	A
Actividades <i>in situ</i>	I

Protección Radiológica

Índice:

RADIACIÓN NATURAL	1
Aire interior.....	1
Detectores de trazas de radón.....	2

RADIACIÓN NATURAL

ACTIVIDAD	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aire interior		
Instalación de detectores de trazas y posterior medida de la concentración de radón <i>Exposición de radón: (50 - 10000 kBq·h/m³)</i>	<u>Instalación:</u> IS-47 del CSN (BOE nº105 de 9 de abril de 2025)	I
	<u>Instalación:</u> CTE (RD 732/2019) DB-HS Sección HS 6 Apéndice C Apdo. 3.2.	I
	<u>Instalación:</u> ISO 11665-4	I
	<u>Medida:</u> P-LRA-35 Método interno basado en: ISO 11665-4	



ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: hD62pK8J76Jtpq69LL

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Detectores de trazas de radón		
Medida de la exposición de radón (50 - 10000 kBq·h/m ³)	<u>Medida:</u> P-LRA-35 Método interno basado en: ISO 11665-4	A

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

Emplazamientos desde los que se llevan a cabo actividades *in situ*:

Edificio CIS Tecnología y Diseño. A Cabana, s/n; 15590 Ferrol (A Coruña)