

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Hospital Nuestra Señora de Gracia. Laboratorios Clínicos

Dirección: C/ Ramón y Cajal, Nº 60; 50004 Zaragoza

Norma de referencia: **UNE-EN ISO 15189:2023**

Actividad: Laboratorio clínico

Acreditación nº: **742/LE1583**

Fecha de entrada en vigor: 30/10/2009

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 12 fecha 27/03/2026)

ANATOMÍA PATOLÓGICA 1

HEMATOLOGÍA 3

ANATOMÍA PATOLÓGICA

CITOPATOLOGÍA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Toma cérvico-vaginal convencional y en medio líquido	Cribado de cáncer de cuello de útero <i>Estudio citológico convencional y líquido</i> <i>Tinción de Papanicolaou</i> <i>Microscopía óptica</i>	Protocolos reconocidos Método CE-IVD Thinprep5000 / Prisma-P-ED PTA-01_Z1(E)N_L-AP
	Cribado de cáncer de cuello de útero: -Detección de virus del papiloma humano de alto riesgo (de forma separada HPV 16, HPV 18 y cóctel HPV 31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68) <i>Técnica PCR</i>	Método CE-IVD Cobas 4800 PTA-01_Z1(E)N_L-AP
Citología de mama y ganglio linfático (mama)	Procesado Tinción Hematoxilina-Eosina Tinción Papanicolaou Técnicas especiales Estudio microscópico y diagnóstico	Protocolos reconocidos PTA-05_Z1(E)N_L-AP PTA-07_Z1(E)N_L-AP PTA-11-Z1(E)N_L-AP PTA-12_Z1(E)N_L-AP PTA-13_Z1(E)N_L-AP

HISTOPATOLOGÍA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS	PROCEDIMIENTO
	Método	
Biopsias ginecológicas, de mama y ganglio linfático (mama)	Estudio macroscópico y tallado Procesamiento Tinción básica Hematoxilina-Eosina Técnicas especiales (*) Estudio microscópico y diagnóstico	Protocolos reconocidos PTA-02_Z1(E)N_L-AP PTA-03_Z1(E)N_L-AP PTA-04_Z1(E)N_L-AP PTA-06_Z1(E)N_L-AP PTA-07_Z1(E)C_L-AP PTA-12_Z1(E)N_L-AP PTA-13_Z1(E)N_L-AP PTA-14_Z1(E)N_L-AP

TÉCNICAS ESPECIALES (*)

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS				PROCEDIMIENTO
	Método				
Bloque de parafina Bloque celular Citología en medio líquido Laminillas citológicas	Inmunohistoquímica				Método CE-IVD PTA-08_Z1(E)N_L-AP
	Anticuerpo		Clon	Equipo	
	ACTINA, musculo liso	Roche	1A 4	BenchMark Ultra	
	CALRETININA	Roche	SP65	BenchMark Ultra	
	CD 10	Roche	SP67	BenchMark Ultra	
	CD 31	Roche	JC70	BenchMark Ultra	
	CD34	Roche	QBEnd10	BenchMark Ultra	
	CD 68	Roche	KP-1	BenchMark Ultra	
	CK AE1 AE3	BioSystems	AE1/AE3	BenchMark Ultra	
	CK 5/6	Roche	D5/16B4	BenchMark Ultra	
	CK 7	Roche	SP52	BenchMark Ultra	
	CK 14	Roche	SP53	BenchMark Ultra	
	CK 19	Roche	A53-B/A2.26	BenchMark Ultra	
	CK 20	Roche	SP33	BenchMark Ultra	
	CROMOGRANINA A	Roche	LK2H10	BenchMark Ultra	
	DESMINA	Roche	DE-R-11	BenchMark Ultra	
	ECADHERINA	Roche	36	BenchMark Ultra	
	EMA	Roche	E29	BenchMark Ultra	
	HER2	Roche	4B5	BenchMark Ultra	
	KI67	Roche	30-9	BenchMark Ultra	
	MLH1	Roche	M1	BenchMark Ultra	
	MSH2	Roche	G219-1129	BenchMark Ultra	
	MSH6	Roche	Sp93	BenchMark Ultra	
	PMS2	Vitro	EP51	BenchMark Ultra	
	PODOPLANINA	Roche	D2-40	BenchMark Ultra	
	p16	Roche	E6H4	BenchMark Ultra	
	p53	Roche	DO-7	BenchMark Ultra	
	p63	Roche	4A 4	BenchMark Ultra	
	R. ESTROGENICO	Roche	SP1	BenchMark Ultra	
	R.PROGESTERONA	Roche	1E2	BenchMark Ultra	
MIOSINA	Roche	SMMS-1	BenchMark Ultra		
VIMENTINA	Roche	V9	BenchMark Ultra		
WT1	Roche	6F-H2	BenchMark Ultra		

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Amplificación de ácidos nucleicos Mama		
Homogeneizado tisular	Amplificación y cuantificación de ARNm de Citoqueratina 19, OSNA (One step nucleic acid amplification)	Método CE-IVD OSNA PTA-10_Z1(E)N_L-AP

HEMATOLOGÍA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Plasma (citrato)	Tiempo de protrombina (TP) <i>Ensayo coagulométrico</i> Actividad de protrombina <i>Parámetro calculado</i> INR <i>Parámetro calculado</i> Fibrinógeno derivado <i>Parámetro calculado</i> TTPa <i>Ensayo coagulométrico</i> Fibrinógeno cuantitativo (Clauss) <i>Ensayo coagulométrico</i> Dímero-D <i>Ensayo Inmunoturbidimétrico</i> TTPa ratio <i>Parámetro calculado</i>	Método CE-IVD ACL-TOP 300 PTA-01_Z1(E)N_L-HM