NEW BIOSECURITY LABORATORIES, S.L.

Dirección: Avenida Castilleja De La Cuesta, 26; 41110, Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **1668/LE3003**
Fecha de entrada en vigor: 13/11/2026

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 1 fecha 13/11/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
Avenida Castilleja De La Cuesta, 26; 41110, Bollullos de la Mitación (Sevilla)	A

Ensayos en el sector medioambiental

Índice

MUESTRAS LÍQUIDAS 1
I. Análisis físico-químicos 1
Aguas de consumo 1

MUESTRAS LÍQUIDAS

I. Análisis físico-químicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo		
pH *(4 - 10 uds. pH)*	PNT-01 Método interno basado en: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad a 20 ºC *(76 - 4523 µS/cm)*	PNT-02 Método interno basado en: UNE-EN 27888	A
Sulfatos por turbidimetría *(≥ 10 mg/l)*	PNT-06 Método interno basado en: SM 4500-SO_4^{2-} E	A

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: S85d60237pH41P8A43
ENAC is signatory to the Mutual Recognition Agreements established within the European co-operation for Accreditation (EA) and Global Accreditation Cooperation Incorporated (GLOBAL ACI) (see www.enac.es).

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo		
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) Aluminio *(≥ 50 µg/l)* — Magnesio *(≥ 500 µg/l)* Arsénico *(≥ 1 µg/l)* — Manganeso *(≥ 10 µg/l)* Cadmio *(≥ 1 µg/l)* — Niquel *(≥ 1 µg/l)* Cobalto *(≥ 1 µg/l)* — Plomo *(≥ 1 µg/l)* Cobre *(≥ 1 µg/l)* — Selenio *(≥ 1 µg/l)* Cromo total *(≥ 1 µg/l)* — Vanadio *(≥ 1 µg/l)* Hierro *(≥ 50 g/l)* — Zinc *(≥ 10 µg/l)*	PNT-03 Método interno basado en UNE-EN ISO 17294-2	A
Nitratos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 10 mg/l)*	PNT-04 Método interno basado en SM 4500-NO_3^- B	A
Nitritos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,04 mg/l)*	PNT-05 Método interno basado en UNE-EN-26777	A

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: S85d60237pH41P8A43