

**ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº OC-I/171**

Entidad: LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS ACÚSTICOS (LACAINAC)

Dirección: Campus Sur UPM. Edif. E.T.S.I Topografía. Ctra. Valencia, km; 28031 Madrid

Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 (CGA-ENAC-OCML) y en el Artículo 58 del R.D. 244/2016

Título: Control Metrológico del Estado: fase de comercialización y puesta en servicio

Tipo A

SONÓMETROS, CALIBRADORES ACÚSTICOS Y DOSÍMETROS DE RUIDO	
TIPO DE EVALUACIÓN:	Módulo F "Declaración de la conformidad con el modelo basada en la verificación del producto"
DOCUMENTO REGLAMENTARIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos.	IEC 61672-3:2005. Electroacoustics. Sound level meters - Part 3: Periodic tests UNE-EN 60942:2005. Electroacústica. Calibradores acústicos. UNE-EN 61252:1998. Electroacústica. Especificaciones para medidores personales de exposición sonora.

EMPLAZAMIENTOS DESDE LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD:

COMUNIDAD AUTÓNOMA	DIRECCIÓN	MUNICIPIO - PROVINCIA
Comunidad de Madrid	Campus Sur UPM Edificio ETSI Topografía. Ctra. Valencia, km. 7	Madrid