

FITOSOIL LABORATORIOS, S.L. (Unipersonal)

Dirección/Address: Polígono Industrial Oeste. C/ Alcalde Clemente García, Parc. 24/37, Mód. D-1
30169 San Ginés (Murcia)
Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad/Activity: **Ensayo/ Test**
Acreditación/Accreditation nº: **387/LE1330**
Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 27/03/2009

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 41 fecha/date 18/06/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación /
Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:

	Código/ Code
Polígono Industrial Oeste. C/ Alcalde Clemente García, Parc. 24/37, Mód. D-1; 30169 San Ginés (Murcia)	A
Actividades <i>in situ</i>	I

Ensayos en el sector medioambiental / Environmental sector tests

Índice / Index

MUESTRAS LÍQUIDAS	2
I. Análisis físico-químicos / Physical-chemical analysis	2
Aguas de consumo / Drinking water	2
Aguas continentales / Natural water	4
Aguas residuales / Wastewater	6
Aguas marinas / Sea water.....	7
II. Análisis microbiológicos / Microbiological análisis	9
Aguas consumo / Drinking water	9
Aguas continentales / Natural water	9
Aguas residuales / Wastewater	10
Aguas marinas / Sea water.....	10
III. Análisis de Legionella / Analysis of Legionella.....	10
Aguas consumo	10
Aguas continentales (condensadores, evaporadores, recirculadores, piscinas, fuentes ornamentales y aguas de riego) y aguas regeneradas / Drinking water, Natural water (condensers, evaporators, recirculators and swimming pools) and Reclaimed water.....	11
IV. Análisis físico-químicos in situ / Physical-chemical analysis in situ	11
Aguas de consumo, aguas continentales y aguas residuales / Drinking water, Natural water and Wastewater...	11
Aguas marinas / Sea water.....	11

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: Ls23KUc141G6ukHaP3

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

MUESTRAS SÓLIDAS	12
I. Análisis físico-químicos / Physical-chemical analysis	12
Suelos / Soils	12
Residuos sólidos / Solid waste	14
Sedimentos, Fangos y lodos / Sediments, biowastes and Sludges	15

MUESTRAS LÍQUIDAS

I. Análisis físico-químicos / Physical-chemical analysis

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas de consumo / Drinking water		
pH / pH (1 -12 uds. de pH)	PTA-FQ-004 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad / Conductivity (10 - 112000 µS/cm)	PTA-FQ-005 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 27888	A
Turbidez por nefelometría / Turbidity by nephelometry (0,3 - 4000 UNT)	PTA-FQ-003 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 7027-1	A
Sólidos en suspensión / Suspended solids (≥ 2 mg/l)	PTA-FQ-002 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 872	A
Carbonato, bicarbonato y alcalinidad total por titulación potenciométrica / Carbonate, bicarbonate and total alkalinity by potentiometric titration Alcalinidad / Alkalinity (≥ 2 mg CaCO ₃ /l) CO ₃ / Carbonates (≥ 10 mg/l) HCO ₃ / Bicarbonates (≥ 10 mg/l)	PTA-FQ-016 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 9963-1	A
Nitrógeno Kjeldahl por titulación potenciométrica / Kjeldahl nitrogen by potentiometric titration (≥ 1 mg/l)	PTA-FQ-020 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 25663	A
Amonio por espectrofotometría UV-VIS / Ammonium by spectrophotometry UV-VIS (≥ 0,05 mg N-NH ₄ /l)	PTA-FQ-021 Método interno basado en:/ In-house method based on: EPA 350.1	A

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas de consumo / Drinking water		
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) / Total and dissolved metals by atomic spectroscopy emission with inductive coupled plasma (ICP / AES)	PTA-FQ-001 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 11885	A
Aluminio / Aluminium (≥ 0,05 mg/l) Litio / Lithium (≥ 0,05 mg/l)		
Azufre / Sulfur (≥ 1 mg/l) Magnesio / Magnesium (≥ 1 mg/l)		
Bario / Barium (≥ 0,05 mg/l) Manganeso/ Manganese (≥ 0,01 mg/l)		
Berilio / Beryllium (≥ 0,01 mg/l) Molibdeno/Molibdenum (≥ 0,01 mg/l)		
Boro / Boron (≥ 0,05 mg/l) Níquel / Nickel (≥ 0,01 mg/l)		
Cadmio / Cadmium (≥ 0,002 mg/l) Plata / Silver (≥ 0,05 mg/l)		
Calcio / Calcium (≥ 1 mg/l) Plomo / Lead (≥ 0,003 mg/l)		
Cobalto / Cobalt (≥ 0,01 mg/l) Potasio / Potassium (≥ 1 mg/l)		
Cobre / Copper (≥ 0,01 mg/l) Silicio / Silicon (≥ 0,05 mg/l)		
Cromo / Chromium (≥ 0,01 mg/l) Sodio / Sodium (≥ 1 mg/l)		
Estroncio / Strontium (≥ 0,01 mg/l) Titanio/Titanium (≥ 0,01 mg/l)		
Fósforo / Phosphorus (≥ 0,05 mg/l) Vanadio / Vanadium (≥ 0,01 mg/l)		
Hierro / Iron (≥ 0,05 mg/l) Zinc / Zinc (≥ 0,01 mg/l)		
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) / Total and dissolved metals by atomic spectroscopy emission with inductive coupled plasma (ICP / AES)	PTA-FQ-001 rev. 28 Método interno In-house method	A
Antimonio / Antimony (≥ 0,001 mg/l)		
Arsénico / Arsenic (≥ 0,001 mg/l)		
Mercurio / Mercury (≥ 0,0005 mg/l)		
Selenio / Selenium (≥ 0,001 mg/l)		
Metales y metales disueltos por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP / MS) / Total and dissolved metals by atomic spectroscopy emission with inductive coupled plasma (ICP / MS)	PTA-FQ-175 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 17294-2	A
Aluminio / Aluminium (≥ 0,005 mg/l) Mercurio / Mercury (≥ 0,0001 mg/l)		
Antimonio / Antimony (≥ 0,0005 mg/l) Molibdeno / Molibdenum (≥ 0,001 mg/l)		
Arsénico/Arsenic (≥ 0,0005 mg/l) Níquel / Nickel (≥ 0,005 mg/l)		
Bario / Barium (≥ 0,001 mg/l) Paladio / Palladium (≥ 0,001 mg/l)		
Berilio / Beryllium (≥ 0,001 mg/l) Plata / Silver (≥ 0,001 mg/l)		
Bismuto / Bismuth (≥ 0,001 mg/l) Platino / Platinum (≥ 0,001 mg/l)		
Cadmio / Cadmium (≥ 0,0005 mg/l) Plomo / Lead (≥ 0,0005 mg/l)		
Calcio / Calcium (≥ 0,05 mg/l) Potasio / Potassium (≥ 0,05 mg/l)		
Cobalto / Cobalt (≥ 0,001 mg/l) Selenio / Selenium (≥ 0,001 mg/l)		
Cromo / Chromium (≥ 0,001 mg/l) Silicio / Silicon (≥ 0,1 mg/l)		
Estaño / Tin (≥ 0,001 mg/l) Sodio / Sodium (≥ 0,05 mg/l)		
Estroncio / Strontium (≥ 0,001 mg/l) Talio /Thallium (≥ 0,001 mg/l)		
Fósforo / Phosphorus (≥ 0,05 mg/l) Titanio/Titanium (≥ 0,001 mg/l)		
Hierro / Iron (≥ 0,005 mg/l) Uranio / Uranium (≥ 0,001 mg/l)		
Litio / Lithium (≥ 0,001 mg/l) Vanadio / Vanadium (≥ 0,001 mg/l)		
Magnesio / Magnesium (≥ 0,05 mg/l) Zinc / Zinc (≥ 0,005 mg/l)		
Manganeso / Manganese (≥ 0,001 mg/l)		
Amonio por cromatografía iónica / Ammonium by ion chromatography (≥ 0,4 mg/l)	PTA-FQ-053 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 14911	

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas de consumo / Drinking water		
Aniones por cromatografía iónica / Anions by ion chromatography Bromuros / Bromides ($\geq 0,25$ mg/l) Nitratos / Nitrates (≥ 1 mg/l) Cloruros / Chlorides (≥ 5 mg/l) Nitritos / Nitrites ($\geq 0,05$ mg/l) Fluoruros / Fluorides ($\geq 0,5$ mg/l) Sulfatos / Sulfates (≥ 5 mg/l) Fosfatos / Phosphates (≥ 1 mg/l)	PTA-FQ-006 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 10304-1	A

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas continentales / Natural water		
pH/ pH (1 - 12 uds. de pH)	PTA-FQ-004 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad / Conductivity (10 - 112000 μ S/cm)	PTA-FQ-005 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 27888	A
Turbidez por nefelometría / Turbidity by nephelometry (0,5 - 4000 UNT)	PTA-FQ-003 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 7027-1	A
Sólidos en suspensión / Suspended solids (≥ 2 mg/l)	PTA-FQ-002 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 872	A
Demanda Química de Oxígeno (DQO) por espectrofotometría / Chemical Oxygen Demand (COD) by spectrophotometry (≥ 30 mg/l)	PTA-FQ-090 Método interno basado en:/ In-house method based on: EPA Method 410.4	A
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅) por método manométrico/ Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅) by manometric method (≥ 10 mg/l)	PTA-FQ-018 Método interno basado en:/ In-house method based on: SM 5210 D	A
Carbonato, bicarbonato y alcalinidad total por titulación potenciométrica/ Carbonate, bicarbonate and total alkalinity by potentiometric titration Alcalinidad / Alkalinity (≥ 2 mg CaCO ₃ /l) CO ₃ / Carbonates (≥ 10 mg/l) HCO ₃ / Bicarbonates (≥ 10 mg/l)	PTA-FQ-016 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 9963-1	A
Nitrógeno Kjeldahl por titulación potenciométrica/ Kjeldahl nitrogen by potentiometric titration (≥ 1 mg/l)	PTA-FQ-020 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 25663	A

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas continentales / Natural water		
Nitrógeno total por espectrofotometría / Total nitrogen by spectrophotometry (≥ 0,5 mg/l)	PTA-FQ-091 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 11905	A
Amonio por espectrofotometría UV-VIS / Ammonium by spectrophotometry UV-VIS (≥ 0,05 mg N-NH ₄ /l)	PTA-FQ-021 Método interno basado en:/ In-house method based on: EPA 350.1	A
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) / Total and dissolved metals by atomic spectroscopy emission with inductive coupled plasma (ICP / AES)	PTA-FQ-001 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 11885	A
Aluminio / Aluminium (≥ 0,05 mg/l) Litio / Lithium (≥ 0,05 mg/l) Antimonio / Antimony (≥ 0,05 mg/l) Magnesio / Magnesium (≥ 1 mg/l) Arsénico / Arsenic (≥ 0,01 mg/l) Manganeso / Manganese (≥ 0,01 mg/l) Azufre / Sulfur (≥ 1 mg/l) Mercurio / Mercury (≥ 0,01 mg/l) Bario / Barium (≥ 0,05 mg/l) Molibdeno / Molybdenum (≥ 0,01 mg/l) Berilio / Beryllium (≥ 0,01 mg/l) Níquel / Nickel (≥ 0,01 mg/l) Boro / Boron (≥ 0,05 mg/l) Plata / Silver (≥ 0,05 mg/l) Cadmio / Cadmium (≥ 0,002 mg/l) Plomo / Lead (≥ 0,05 mg/l) Calcio / Calcium (≥ 1 mg/l) Potasio / Potassium (≥ 1 mg/l) Cobalto / Cobalt (≥ 0,01 mg/l) Selenio / Selenium (≥ 0,05 mg/l) Cobre / Copper (≥ 0,01 mg/l) Silicio / Silicon (≥ 0,05 mg/l) Cromo / Chromium (≥ 0,01 mg/l) Sodio / Sodium (≥ 1 mg/l) Estroncio / Strontium (≥ 0,01 mg/l) Titanio/Titanium (≥ 0,01 mg/l) Fósforo / Phosphorus (≥ 0,05 mg/l) Vanadio / Vanadium (≥ 0,01 mg/l) Hierro / Iron (≥ 0,05 mg/l) Zinc / Zinc (≥ 0,01 mg/l)		
Amonio por cromatografía iónica / Ammonium by ion chromatography (≥ 1 mg/l)	PTA-FQ-053 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 14911	A
Aniones por cromatografía iónica / Anions by ion chromatography Bromuros / Bromides (≥ 0,25 mg/l) Nitratos / Nitrates (≥ 1 mg/l) Cloruros / Chlorides (≥ 5 mg/l) Nitritos / Nitrites (≥ 0,25 mg/l) Fluoruros / Fluorides (≥ 0,5 mg/l) Sulfatos / Sulfates (≥ 5 mg/l) Fosfatos / Phosphates (≥ 1 mg/l)	PTA-FQ-006 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 10304-1	A
Salinidad por cálculo / Salinity by calculation	PTA-FQ-005 Método interno basado en:/ In-house method based on: SM 2520 B	A

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas residuales / Wastewater		
pH/ pH (1 - 12 uds. de pH)	PTA-FQ-004 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad / Conductivity (10 - 112000 µS/cm)	PTA-FQ-005 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 27888	A
Turbidez por nefelometría / Turbidity by nephelometry (0,5 - 4000 UNT)	PTA-FQ-003 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 7027-1	A
Sólidos en suspensión / Suspended solids (≥ 2 mg/l)	PTA-FQ-002 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 872	A
Demanda Química de Oxígeno (DQO) por espectrofotometría / Chemical Oxygen Demand (COD) by spectrophotometry (≥ 30 mg/l)	PTA-FQ-090 Método interno basado en:/ In-house method based on: EPA Method 410.4	A
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅) por método manométrico/ Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅) by manometric method (≥ 10 mg/l)	PTA-FQ-018 Método interno basado en:/ In-house method based on: SM 5210 D	A
Carbonato, bicarbonato y alcalinidad total por titulación potenciométrica/ Carbonate, bicarbonate and total alkalinity by potentiometric titration Alcalinidad / Alkalinity (≥ 2 mg CaCO ₃ /l) CO ₃ / Carbonates (≥ 10 mg/l) HCO ₃ / Bicarbonates (≥ 10 mg/l)	PTA-FQ-016 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 9963-1	A
Nitrógeno Kjeldahl por titulación potenciométrica/ Kjeldahl nitrogen by potentiometric titration (≥ 1 mg/l)	PTA-FQ-020 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 25663	A
Nitrógeno total por espectrofotometría / Total nitrogen by spectrophotometry (≥ 0,5 mg/l)	PTA-FQ-091 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 11905	A
Amonio por titulación potenciométrica / Ammonium by potentiometric titration (≥ 1 mg N/l)	PTA-FQ-026 Método interno basado en:/ In-house method based on: ISO 5664	A

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas residuales / Wastewater		
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) / Total and dissolved metals by atomic spectroscopy emission with inductive coupled plasma (ICP / AES)	PTA-FQ-001 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 11885	A
Aluminio / Aluminium (≥ 0,05 mg/l)	Litio / Lithium (≥ 0,05 mg/l)	
Antimonio / Antimony (≥ 0,05 mg/l)	Magnesio / Magnesium (≥ 1 mg/l)	
Arsénico / Arsenic (≥ 0,01 mg/l)	Manganeso / Manganese (≥ 0,01 mg/l)	
Azufre / Sulfur (≥ 1 mg/l)	Mercurio / Mercury (≥ 0,01 mg/l)	
Bario / Barium (≥ 0,05 mg/l)	Molibdeno / Molybdenum (≥ 0,01 mg/l)	
Berilio / Beryllium (≥ 0,01 mg/l)	Níquel / Nickel (≥ 0,01 mg/l)	
Boro / Boron (≥ 0,05 mg/l)	Plata / Silver (≥ 0,05 mg/l)	
Cadmio / Cadmium (≥ 0,01 mg/l)	Plomo / Lead (≥ 0,05 mg/l)	
Calcio / Calcium (≥ 1 mg/l)	Potasio / Potassium (≥ 1 mg/l)	
Cobalto / Cobalt (≥ 0,01 mg/l)	Selenio / Selenium (≥ 0,05 mg/l)	
Cobre / Copper (≥ 0,01 mg/l)	Silicio / Silicon (≥ 0,05 mg/l)	
Cromo / Chromium (≥ 0,01 mg/l)	Sodio / Sodium (≥ 1 mg/l)	
Estroncio / Strontium (≥ 0,01 mg/l)	Titanio / Titanium (≥ 0,01 mg/l)	
Fósforo / Phosphorus (≥ 1 mg/l)	Vanadio / Vanadium (≥ 0,01 mg/l)	
Hierro / Iron (≥ 0,05 mg/l)	Zinc / Zinc (≥ 0,01 mg/l)	
Amonio por cromatografía iónica / Ammonium by ion chromatography (≥ 1 mg/l)	PTA-FQ-053 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 14911	A
Aniones por cromatografía iónica / Anions by ion chromatography	PTA-FQ-006 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 10304-1	A
Bromuros / Bromides (≥ 0,25 mg/l)	Nitratos / Nitrates (≥ 1 mg/l)	
Cloruros / Chlorides (≥ 5 mg/l)	Nitritos / Nitrites (≥ 0,25 mg/l)	
Fluoruros / Fluorides (≥ 0,5 mg/l)	Sulfatos / Sulfates (≥ 5 mg/l)	
Fosfatos / Phosphates (≥ 1 mg/l)		

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas marinas / Sea water		
pH/ pH (1 - 12 uds. de pH)	PTA-FQ-004 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad / Conductivity (10 - 112000 µS/cm)	PTA-FQ-005 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 27888	A
Turbidez por nefelometría / Turbidity by nephelometry (0,5 - 4000 UNT)	PTA-FQ-003 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 7027-1	A

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas marinas / Sea water		
Sólidos en suspensión / <i>Suspended solids</i> (≥ 2 mg/l)	PTA-FQ-002 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 872	A
Carbonato, bicarbonato y alcalinidad total por titulación potenciométrica / <i>Carbonate, bicarbonate and total alkalinity by potentiometric titration</i> Alcalinidad / <i>Alkalinity</i> (≥ 2 mg CaCO ₃ /l) CO ₃ / <i>Carbonates</i> (≥ 10 mg/l) HCO ₃ / <i>Bicarbonates</i> (≥ 10 mg/l)	PTA-FQ-016 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN ISO 9963-1	A
Nitrógeno Kjeldahl por titulación potenciométrica / <i>Kjeldahl nitrogen by potentiometric titration</i> (≥ 1 mg/l)	PTA-FQ-020 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 25663	A
Amonio por titulación potenciométrica / <i>Ammonium by potentiometric titration</i> (≥ 1 mg N/l)	PTA-FQ-026 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> ISO 5664	A
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) / <i>Total and dissolved metals by atomic spectroscopy emission with inductive coupled plasma (ICP / AES)</i> Aluminio / <i>Aluminium</i> ($\geq 0,05$ mg/l) Litio / <i>Lithium</i> ($\geq 0,05$ mg/l) Antimonio / <i>Antimony</i> ($\geq 0,05$ mg/l) Magnesio / <i>Magnesium</i> (≥ 100 mg/l) Arsénico / <i>Arsenic</i> ($\geq 0,05$ mg/l) Manganeso/ <i>Manganese</i> ($\geq 0,01$ mg/l) Azufre / <i>Sulfur</i> (≥ 100 mg/l) Mercurio / <i>Mercury</i> ($\geq 0,01$ mg/l) Bario / <i>Barium</i> ($\geq 0,05$ mg/l) Molibdeno/ <i>Molibdenum</i> ($\geq 0,01$ mg/l) Berilio / <i>Beryllium</i> ($\geq 0,01$ mg/l) Níquel / <i>Nickel</i> ($\geq 0,01$ mg/l) Boro / <i>Boron</i> ($\geq 0,1$ mg/l) Plata / <i>Silver</i> ($\geq 0,05$ mg/l) Cadmio / <i>Cadmium</i> ($\geq 0,01$ mg/l) Plomo / <i>Lead</i> ($\geq 0,05$ mg/l) Calcio / <i>Calcium</i> (≥ 100 mg/l) Potasio / <i>Potassium</i> (≥ 100 mg/l) Cobalto / <i>Cobalt</i> ($\geq 0,01$ mg/l) Selenio / <i>Selenium</i> ($\geq 0,05$ mg/l) Cobre / <i>Copper</i> ($\geq 0,01$ mg/l) Silicio / <i>Silicon</i> ($\geq 0,05$ mg/l) Cromo / <i>Chromium</i> ($\geq 0,01$ mg/l) Sodio / <i>Sodium</i> (≥ 1000 mg/l) Estroncio / <i>Strontium</i> ($\geq 0,01$ mg/l) Titanio/Titanium ($\geq 0,01$ mg/l) Fósforo / <i>Phosphorus</i> (≥ 1 mg/l) Vanadio / <i>Vanadium</i> ($\geq 0,01$ mg/l) Hierro / <i>Iron</i> ($\geq 0,05$ mg/l) Zinc / <i>Zinc</i> ($\geq 0,01$ mg/l)	PTA-FQ-001 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN ISO 11885	A
Aniones por cromatografía iónica / <i>Anions by ion chromatography</i> Cloruros / <i>Chlorides</i> (≥ 125 mg/l) Sulfatos / <i>Sulfates</i> (≥ 125 mg/l)	PTA-FQ-006 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN ISO 10304-1	A
Salinidad por cálculo/ <i>Salinity by calculation</i>	PTA-FQ-005 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> SM 2520 B	A

II. Análisis microbiológicos / Microbiological analysis

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas consumo / Drinking water		
Recuento en placa de microorganismos aerobios a 22°C y 36°C / Enumeration of aerobic microorganisms at 22 °C and 36 °C	UNE-EN ISO 6222	A
Recuento de coliformes totales y <i>Escherichia coli</i> / Enumeration of total coliforms and <i>Escherichia coli</i> (NMP – método del sustrato definido) / (MPN-defined substrate technique)	UNE-EN ISO 9308-2	A
Recuento de enterococos intestinales / Enumeration of intestinal enterococci (Filtración/Filtration)	UNE-EN ISO 7899-2	A
Detección de <i>Salmonella</i> spp. / Detection of <i>Salmonella</i> spp.	PTA-MC-004 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 19250	A
Detección de <i>Salmonella</i> spp. por PCR / Detection of <i>Salmonella</i> spp. by PCR	PTA-MC-087 Método interno basado en:/ In-house method based on: iQ-Check <i>Salmonella</i> spp. II	A

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas continentales / Natural water		
Recuento en placa de microorganismos aerobios a 22°C y 36°C / Enumeration of aerobic microorganisms at 22 °C and 36 °C	PTA-MC-006 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 6222	A
Recuento de coliformes totales y <i>Escherichia coli</i> / Enumeration of total coliforms and <i>Escherichia coli</i> (NMP – método del sustrato definido) / (MPN-defined substrate technique)	PTA-MC-046 Método interno basado en:/ In-house method based on: ISO 9308-2	A
Recuento de enterococos intestinales / Enumeration of intestinal enterococci (NMP – método del sustrato definido) / (MPN-defined substrate technique)	PTA-MC-050 Método interno basado en:/ In-house method based on: Enterolert-E	A
Detección de <i>Salmonella</i> spp. / Detection of <i>Salmonella</i> spp.	PTA-MC-004 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 19250	A
Detección de <i>Salmonella</i> spp. por PCR / Detection of <i>Salmonella</i> spp. by PCR	PTA-MC-087 Método interno basado en:/ In-house method based on: iQ-Check <i>Salmonella</i> spp. II	A

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas residuales / Wastewater		
Recuento de coliformes totales y <i>Escherichia coli</i> / Enumeration of total coliforms and <i>Escherichia coli</i> (NMP – método del sustrato definido) / (MPN-defined substrate technique)	PTA-MC-046 Método interno basado en:/ In-house method based on: ISO 9308-2	A
Recuento de enterococos intestinales / Enumeration of intestinal enterococci (NMP – método del sustrato definido) / (MPN-defined substrate technique)	PTA-MC-050 Método interno basado en:/ In-house method based on: Enterolert-E	A
Detección de <i>Salmonella</i> spp. / Detection of <i>Salmonella</i> spp.	PTA-MC-004 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 19250	A

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas marinas / Sea water		
Recuento de coliformes totales y <i>Escherichia coli</i> / Enumeration of total coliforms and <i>Escherichia coli</i> (NMP – método del sustrato definido) / (MPN-defined substrate technique)	PTA-MC-046 Método interno basado en:/ In-house method based on: ISO 9308-2	A
Recuento de enterococos intestinales / Enumeration of intestinal enterococci (NMP – método del sustrato definido) / (MPN-defined substrate technique)	PTA-MC-050 Método interno basado en:/ In-house method based on: Enterolert-E	A

III. Análisis de *Legionella* / Analysis of *Legionella*

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas consumo		
Recuento de <i>Legionella</i> spp. / Enumeration of <i>Legionella</i> spp.	UNE-EN ISO 11731	A
- Identificación de <i>Legionella pneumophila</i> (Inmunoensayo) / Serotyping of <i>Legionella pneumophila</i> (Immunoassay)	PTA-MC-005 Método interno basado en:/ In-house method based on: kit comercial (*)	

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio / Information about the specific kit used is available in the laboratory.

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: Ls23KUc141G6ukHaP3

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas continentales (condensadores, evaporadores, recirculadores, piscinas, fuentes ornamentales y aguas de riego) y aguas regeneradas / Drinking water, Natural water (condensers, evaporators, recirculators and swimming pools) and Reclaimed water		
Recuento de <i>Legionella</i> spp. / Enumeration of <i>Legionella</i> spp.	PTA-MC-005 Rev.10 Método interno	A
- Identificación de <i>Legionella pneumophila</i> (Inmunoensayo) / Serotyping of <i>Legionella pneumophila</i> (Immunoassay)	PTA-MC-005 Método interno basado en:/ In-house method based on: kit comercial (*)	

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio / Information about the specific kit used is available in the laboratory.

IV. Análisis físico-químicos *in situ* / Physical-chemical analysis *in situ*

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas de consumo, aguas continentales y aguas residuales / Drinking water, Natural water and Wastewater		
pH (2 - 10 uds. de pH)	PTM-FQ-021 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 10523	I
Conductividad / Conductivity (100 - 9000 $\mu S/cm$)	PTM-FQ-021 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 27888	I
Temperatura / Temperature ($\geq 1^\circ C$)	PTM-FQ-021 Método interno basado en:/ In-house method based on: SM 2550B	I

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Aguas marinas / Sea water		
pH (2 - 10 uds. de pH / units of pH)	PTM-FQ-021 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 10523	I
Temperatura / Temperature ($\geq 1^\circ C$)	PTM-FQ-021 Método interno basado en:/ In-house method based on: SM 2550B	I

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: Ls23KUc141G6ukHaP3

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

MUESTRAS SÓLIDAS

I. Análisis físico-químicos / Physical-chemical analysis

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Suelos / Soils		
pH en extracto acuoso/ <i>pH in aqueous extract</i> (1 - 12 uds de pH)	PTA-FQ-004 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> ISO 10390	A
Conductividad en extracto acuoso / <i>Conductivity in aqueous extract</i> (10 - 112000 $\mu\text{S}/\text{cm}$)	PTA-FQ-005 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE 77308	A
Humedad / <i>Humidity</i> ($\geq 0,01$ %)	PTA-FQ-024 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 13040	A
Cenizas / <i>Ash</i> ($\geq 0,01$ %)	PTA-FQ-022 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 13039	A
Nitrógeno total por conductividad térmica (método Dumas) / <i>Total nitrogen and by thermal conductivity (Dumas method)</i> ($\geq 0,1$ %)	PTA-FQ-036 Método interno basado en:/ <i>In house method based on</i> UNE-EN 16168	A
Carbono total por espectroscopía IR / <i>Total carbon by IR spectroscopy</i> ($\geq 0,5$ %)	PTA-FQ-036 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> ISO 10694	A
Carbono inorgánico total (TIC) por espectroscopía IR / <i>Total Inorganic carbon (TIC) by IR spectroscopy</i> ($\geq 0,063$ %)	PTA-FQ-136 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 15936	A

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Suelos / Soils		
Metales disueltos en extracto acuoso de suelo por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) / Dissolved metals in saturated soil extract by atomic emission spectroscopy with inductive coupled plasma (ICP / AES) Aluminio / Aluminium (≥ 0,1 mg/l) Litio / Lithium (≥ 0,05 mg/l) Antimonio/Antimony (≥ 0,05 mg/l) Magnesio / Magnesium (≥ 1 mg/l) Arsénico / Arsenic (≥ 0,05 mg/l) Manganeso/ Manganese (≥ 0,02 mg/l) Azufre / Sulfur (≥ 1 mg/l) Mercurio / Mercury (≥ 0,01 mg/l) Bario / Barium (≥ 0,1 mg/l) Molibdeno/Molibdenum (≥ 0,02 mg/l) Berilio / Beryllium (≥ 0,02 mg/l) Níquel / Nickel (≥ 0,02 mg/l) Boro / Boron (≥ 0,05 mg/l) Plata / Silver (≥ 0,05 mg/l) Cadmio / Cadmium (≥ 0,02 mg/l) Plomo / Lead (≥ 0,05 mg/l) Calcio / Calcium (≥ 1 mg/l) Potasio / Potassium (≥ 1 mg/l) Cobalto / Cobalt (≥ 0,02 mg/l) Selenio / Selenium (≥ 0,05 mg/l) Cobre / Copper (≥ 0,05 mg/l) Sodio / Sodium (≥ 1 mg/l) Cromo / Chromium (≥ 0,02 mg/l) Titanio/ Titanium (≥ 0,05 mg/l) Estroncio / Strontium (≥ 0,02 mg/l) Vanadio / Vanadium (≥ 0,02 mg/l) Fósforo / Phosphorus (≥ 1 mg/l) Zinc / Zinc (≥ 0,05 mg/l) Hierro / Iron (≥ 0,05 mg/l)	PTA-FQ-027 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 11885	A
Metales totales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) / Total metals by atomic emission spectroscopy with inductive coupled plasma (ICP / AES) Aluminio/ Aluminium (≥ 50 mg/kg) Litio / Lithium (≥ 2 mg/kg) Antimonio/Antimony (≥ 2 mg/kg) Magnesio / Magnesium (≥ 50 mg/kg) Arsénico / Arsenic (≥ 2 mg/kg) Manganeso/ Manganese (≥ 0,5 mg/kg) Azufre / Sulfur (≥ 50 mg/kg) Mercurio / Mercury (≥ 0,5 mg/kg) Bario / Barium (≥ 1 mg/kg) Molibdeno/Molibdenum (≥ 0,5 mg/kg) Berilio / Beryllium (≥ 0,5 mg/kg) Níquel / Nickel (≥ 0,5 mg/kg) Boro / Boron (≥ 2 mg/kg) Plata / Silver (≥ 2 mg/kg) Cadmio / Cadmium (≥ 0,4 mg/kg) Plomo / Lead (≥ 2 mg/kg) Calcio / Calcium (≥ 50 mg/kg) Potasio / Potassium (≥ 50 mg/kg) Cobalto / Cobalt (≥ 0,5 mg/kg) Selenio / Selenium (≥ 2 mg/kg) Cobre / Copper (≥ 2 mg/kg) Sodio / Sodium (≥ 50 mg/kg) Cromo / Chromium (≥ 0,5 mg/kg) Titanio/ Titanium (≥ 0,5 mg/kg) Estroncio / Strontium (≥ 0,5 mg/kg) Vanadio / Vanadium (≥ 0,5 mg/kg) Fósforo / Phosphorus (≥ 50 mg/kg) Zinc / Zinc (≥ 0,5 mg/kg) Hierro / Iron (≥ 2 mg/kg)	PTA-FQ-027 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 22036	A
Aniones solubles en extracto acuoso y de lixiviación por cromatografía iónica / Solubles anions in aqueous and leaching extract by ion chromatography Cloruros / Chlorides (≥ 25 mg/kg) Nitratos / Nitrates (≥ 5 mg/kg) Sulfatos / Sulfates (≥ 25 mg/kg)	PTA-FQ-006 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 13652 UNE-EN 12457 UNE-EN ISO 10304-1	A
Carbono orgánico total (TOC) por cálculo/ Total organic carbon (TOC) by calculation Carbono orgánico total / Total organic carbon (≥ 0,5 %) Materia orgánica total / Total organic matter (≥ 1 %)	PTA-FQ-036 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 15936	A

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Residuos sólidos / Solid waste		
pH en extracto acuoso y lixiviados (*) / <i>pH in aqueous extract and lixiviates (*)</i> (1 - 12 uds de pH)	PTA-FQ-004 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> ISO 10390	A
Conductividad en extracto acuoso y lixiviados (*) / <i>Conductivity in aqueous extract and lixiviates (*)</i> (10 - 112000 µS/cm)	PTA-FQ-005 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE 77308	A
Humedad / <i>Humidity</i> (≥ 0,01 %)	PTA-FQ-024 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 11465	A
Cenizas / <i>Ash</i> (≥ 0,01 %)	PTA-FQ-022 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 13039	A
Nitrógeno total por conductividad térmica (método Dumas) / <i>Total nitrogen and by thermal conductivity (Dumas method)</i> (≥ 0,1 %)	PTA-FQ-036 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 16168	A
Carbono total por espectroscopía IR / <i>Total carbon by IR spectroscopy</i> (≥ 0,5 %)	PTA-FQ-036 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> ISO 10694	A
Carbono inorgánico total (TIC) por espectroscopía IR / <i>Total inorganic carbon (TIC) by IR spectroscopy</i> (≥ 0,063 %)	PTA-FQ-136 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 15936	A
Aniones solubles en extracto acuoso y lixiviados (*) por cromatografía iónica / <i>Solubles anions in aqueous and lixiviates (*) by ion chromatography</i> Cloruros / <i>Chlorides</i> (≥ 25 mg/kg) Nitratos / <i>Nitrates</i> (≥ 5 mg/kg) Sulfatos / <i>Sulfates</i> (≥ 25 mg/kg)	PTA-FQ-006 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 13652 UNE-EN 12457 UNE-EN ISO 10304-1	A
Carbono orgánico total (TOC) por cálculo/ <i>Total organic carbon (TOC) by calculation</i> Carbono orgánico total / <i>Total organic carbon</i> (≥ 0,5 %) Materia orgánica total / <i>Total organic matter</i> (≥ 1 %)	PTA-FQ-036 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 15936	A

(*) Lixiviado según norma UNE-EN 12457-4 / *Lixiviates according to UNE-EN 12457-4 standard.*

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: Ls23KUc141G6ukHaP3

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Sedimentos, Fangos y lodos / Sediments, biowastes and Sludges		
pH en extracto acuoso / pH in aqueous extract (1 - 12 uds de pH)	PTA-FQ-004 Método interno basado en:/ In-house method based on: ISO 10390	A
Conductividad en extracto acuoso / Conductivity in aqueous extract (10 - 112000 µS/cm)	PTA-FQ-005 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE 77308	A
Humedad / Humidity (≥ 0,01 %)	PTA-FQ-024 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 11465	A
Cenizas / Ash (≥ 0,01 %)	PTA-FQ-022 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 13039	A
Nitrógeno total por conductividad térmica (método Dumas) / Total nitrogen and by thermal conductivity (Dumas method) (≥ 0,1 %)	PTA-FQ-036 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 16168	A
Carbono total por espectroscopía IR/ Total carbon by IR spectroscopy (≥ 0,5 %)	PTA-FQ-036 Método interno basado en:/ In-house method based on: ISO 10694 UNE 77321 UNE-EN 15936	A
Carbono inorgánico total (TIC) por espectroscopía IR / Total Inorganic carbon (TIC) by IR spectroscopy (≥ 0,063 %)	PTA-FQ-136 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN 15936	A
Metales totales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) / Total metals by atomic emission spectroscopy with inductive coupled plasma (ICP / AES)	PTA-FQ-027 Método interno basado en:/ In-house method based on: UNE-EN ISO 22036	A
Aluminio/ Aluminium (≥ 50 mg/kg) Litio / Lithium (≥ 2 mg/kg)		
Antimonio/Antimony (≥ 2 mg/kg) Magnesio / Magnesium (≥ 50 mg/kg)		
Arsénico / Arsenic (≥ 2 mg/kg) Manganeso/Manganese (≥ 0,5 mg/kg)		
Azufre / Sulfur (≥ 50 mg/kg) Mercurio / Mercury (≥ 0,5 mg/kg)		
Bario / Barium (≥ 1 mg/kg) Molibdeno/Molibdenum (≥ 0,5 mg/kg)		
Berilio / Beryllium (≥ 0,5 mg/kg) Níquel / Nickel (≥ 0,5 mg/kg)		
Boro / Boron (≥ 2 mg/kg) Plata / Silver (≥ 2 mg/kg)		
Cadmio / Cadmium (≥ 0,4 mg/kg) Plomo / Lead (≥ 2 mg/kg)		
Calcio / Calcium (≥ 50 mg/kg) Potasio / Potassium (≥ 50 mg/kg)		
Cobalto / Cobalt (≥ 0,5 mg/kg) Selenio / Selenium (≥ 2 mg/kg)		
Cobre / Copper (≥ 2 mg/kg) Sodio / Sodium (≥ 50 mg/kg)		
Cromo / Chromium (≥ 0,5 mg/kg) Titanio / Titanium (≥ 0,5 mg/kg)		
Estroncio / Strontium (≥ 0,5 mg/kg) Vanadio / Vanadium (≥ 0,5 mg/kg)		
Fósforo / Phosphorus (≥ 50 mg/kg) Zinc / Zinc (≥ 0,5 mg/kg)		
Hierro / Iron (≥ 2 mg/kg)		

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: Ls23KUc141G6ukHaP3

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Sedimentos, Fangos y lodos / Sediments, biowastes and Sludges		
Aniones solubles en extracto acuoso y de lixiviación por cromatografía iónica / <i>Solubles anions in aqueous and leaching extract by ion chromatography</i> Cloruros / Chlorides (≥ 25 mg/kg) Nitratos / Nitrates (≥ 5 mg/kg) Sulfatos / Sulfates (≥ 25 mg/kg)	PTA-FQ-006 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 13652 UNE-EN 12457 UNE-EN ISO 10304-1	A
Carbono orgánico total (TOC) por cálculo/ <i>Total organic carbon (TOC) by calculation</i> Carbono orgánico total / <i>Total organic carbon</i> ($\geq 0,5$ %) Materia orgánica total / <i>Total organic matter</i> (≥ 1 %)	PTA-FQ-036 Método interno basado en:/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 15936	A

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

An in-house method is considered based on standardized methods when its validity and suitability have been demonstrated against standard reference methods. This will never imply that ENAC considers both methods equivalents. For more information, please consult Annex I to the CGA-ENAC-LEC.

Emplazamientos desde los que se llevan a cabo actividades *in situ*/
Sites from where the in situ activities are performed:

Pol. Ind. Oeste. C/ Alcalde Clemente García, Parc. 24/37. Mod. D-1 y D-2. Apdo. de Correos 200;
30169 San Ginés (Murcia)