FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO ACUICULTURA DE ANDALUCÍA

Dirección: C/ Muelle comercial, s/n. Edificio Ctaqua; 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **1604/LE2911**
Fecha de entrada en vigor: 12/09/2025

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 2 fecha 31/07/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
C/ Muelle comercial, s/n. Edificio Ctaqua; 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)	A
Actividades in situ	I

Ensayos en el sector medioambiental

Índice

MUESTRAS LÍQUIDAS 1
I. Análisis físico-químicos 1
Aguas continentales (aguas de transición), aguas residuales y aguas marinas 1
II. Análisis físico-químicos *in situ* 2
Aguas continentales (aguas de transición) y aguas residuales 2
III. Toma de muestra 2
Aguas continentales (aguas de transición) 2
Aguas residuales 2

MUESTRAS LÍQUIDAS

I. Análisis físico-químicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales (aguas de transición), aguas residuales y aguas marinas		
pH *(4 - 10 uds. pH)*	PEE-001 Método Interno basado en: UNE-EN ISO 10523	A
Conductividad *(1413 - 111800 µS/cm)*	PEE-002 Método Interno basado en: UNE-EN 27888	A
Sólidos en Suspensión *(≥ 10 mg/l)*	PEE-007 Método Interno basado en: UNE-EN 872	A

ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN ENAC

II. Análisis físico-químicos *in situ*

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales (aguas de transición) y aguas residuales		
Temperatura *(10 - 50 °C)*	PEE-003 Método interno basado en: SM 2550 B	I

III. Toma de muestra

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales (aguas de transición)		
Toma de muestra puntual y compuesta en función del tiempo para los análisis físico-químicos incluidos en el presente anexo técnico	PG-21 Método interno basado en: ISO 5667-6	I

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas residuales		
Toma de muestra puntual y compuesta en función del tiempo para los análisis físico-químicos incluidos en el presente anexo técnico	PG-21 Método interno basado en: ISO 5667-10	I

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

Emplazamientos desde los que se llevan a cabo actividades *in situ*:

C/ Muelle comercial, s/n. Edificio Ctaqua; 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Código Validación Electrónica: R74p884Z7lveWo390k
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**