SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.
Hospital de Alcañiz. Laboratorios Clínicos

Dirección: C/ Doctor Repollés, nº 2; 44600 Alcañiz (Teruel)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO 15189:2023**
Actividad: Laboratorio clínico
Acreditación nº: **742/LE1587**
Fecha de entrada en vigor: 23/10/2009

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 13 fecha 25/04/2025)

TOMA DE MUESTRA 1
BIOQUÍMICA 2
HORMONAS 5
MARCADORES TUMORALES 5
MARCADORES CARDÍACOS 5
MARCADORES SEPSIS 6
FÁRMACOS 6
VITAMINAS 6
AUTOINMUNIDAD 6
URIANÁLISIS 7
PROTEÍNAS 7

TOMA DE MUESTRA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO
Sangre	Toma de muestras	Procedimiento publicado PTP-03_AL(E)A_L PTP-04_AL(E)A_L

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: 26mxZ68BoJk4596R3l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

BIOQUÍMICA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	Ácido úrico Albúmina Alfa- amilasa ALT AST Bilirrubina total Calcio Colesterol Colesterol HDL Creatinina Creatínkinasa Fosfatasa Alcalina GGT Glucosa Hierro LDH Lipasa Litio Proteínas totales Triglicéridos Urea *Espectrofotometría*	Método CE-IVD COBAS c8000 COBAS PRO PTA-01_AL(E)A_L-BQ
	Bilirrubina directa Colinesterasa Fósforo Magnesio *Espectrofotometría*	Método CE-IVD COBAS c8000 PTA-01_AL(E)A_L-BQ

Código Validación Electrónica: 26mxZ68BoJk4596R3l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Orina	Ácido úrico Alfa-amilasa Calcio Creatinina Fósforo Glucosa Magnesio Urea *Espectrofotometría*	Método CE-IVD COBAS c8000 COBAS PRO PTA-01_AL(E)A_L-BQ
Suero Orina	Ion Cloro Ion Potasio Ion Sodio *Potenciometría indirecta*	Método CE-IVD COBAS c8000 COBAS PRO PTA-01_AL(E)A_L-BQ
Orina	Albúmina Proteínas totales *Inmunoturbidimetría*	Método CE-IVD COBAS c8000 COBAS PRO PTA-01_AL(E)A_L-BQ
Suero	Inmunoglobulina A Inmunoglobulina G Inmunoglobulina M Fracción C3 del complemento Fracción C4 del complemento Haptoglobina Transferrina Ferritina Proteína C reactiva Proteína C reactiva ultrasensible *Inmunoturbidimetría*	Método CE-IVD COBAS c8000 PTA-01_AL(E)A_L-BQ

Código Validación Electrónica: 26mxZ68BoJk4596R3l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	Transferrina Ferritina Proteína C reactiva *Inmunoturbidimetría*	Método CE-IVD COBAS c8000 COBAS PRO PTA-01_AL(E)A_L-BQ
Sangre total	Hemoglobina glicada *Inmunoturbidimetría*	COBAS PRO PTA-01_AL(E)A_L-BQ
Heces	Calprotectina Inmunoturbidimetría	COBAS PRO PTA-01_AL(E)A_L-BQ
Suero Orina	Osmolalidad Descenso del punto de congelación	Método CE-IVD OSMÓMETRO FISKE 210 PTA-13_AL(E)A_L-BQ
Heces	Hemoglobina humana en heces (sangre oculta) Inmunoturbidimetría	Método CE-IVD SENTIFIT 270 PTA-06_AL(E)A_L-BQ
Sangre arterial, venosa, capilar.	pH pCO2 Calcio iónico Sodio Potasio Cloro *Potenciometría directa* pO2 Lactato *Amperometría*	Método CE-IVD ABL90 FLEX PTA-09_AL(E)A_L-BQ

Código Validación Electrónica: 26mxZ68BoJk4596R3l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

HORMONAS

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	TSH T4 libre Prolactina FSH LH βHCG total PTH PAPP-A βhCG libre *Inmunoensayo electroquimiolumuniscente*	Método CE-IVD COBAS c8000 PTA-02_AL(E)A_L-BQ
	TSH βhCG libre *Inmunoensayo electroquimiolumuniscente*	Método CE-IVD COBAS c8000 COBAS PRO PTA-02_AL(E)A_L-BQ

MARCADORES TUMORALES

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	AFP CEA PSA total PSA libre CA125 CA15.3 CA19.9 *Inmunoensayo electroquimiolumuniscente*	Método CE-IVD COBAS c8000 PTA-02_AL(E)A_L-BQ

MARCADORES CARDÍACOS

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	NT-proBNP Troponina T HS *Inmunoensayo electroquimiolumuniscente*	Método CE-IVD COBAS c8000 COBAS PRO PTA-02_AL(E)A_L-BQ

Código Validación Electrónica: 26mxZ68BoJk4596R3l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

MARCADORES SEPSIS

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	Procalcitonina *Inmunoensayo electroquimiolumuniscente*	Método CE-IVD COBAS c8000 COBAS PRO PTA-02_AL(E)A_L-BQ

FÁRMACOS

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	Digoxina *Inmunoensayo electroquimiolumuniscente*	Método CE-IVD COBAS c8000 COBAS PRO PTA-02_AL(E)A_L-BQ

VITAMINAS

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	Vitamina B12 Ácido Fólico Vitamina D *Inmunoensayo electroquimiolumuniscente*	Método CE-IVD COBAS c8000 COBAS PRO PTA-02_AL(E)A_L-BQ

AUTOINMUNIDAD

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	Anti-TPO Anti-Tiroglobulina *Inmunoensayo electroquimiolumuniscente*	Método CE-IVD COBAS c8000 PTA-02_AL(E)A_L-BQ

Código Validación Electrónica: 26mxZ68BoJk4596R3l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

URIANÁLISIS

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Orina	Sistemático de orina – tira reactiva Reflectometría Automatizada	Método CE-IVD UNAMAX COBAS U411 PTA-05_AL(E)A_L-BQ PTA-10_AL(E)A_L-BQ
	Sedimento Microscopía óptica automatizada y manual	Método CE-IVD SEDIMAX PTA-05_AL(E)A_L-BQ

PROTEÍNAS

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	Proteinograma Electroforesis capilar	Método CE-IVD CAPILLARYS2 PTA-07_AL(E)A_L-BQ

Código Validación Electrónica: 26mxZ68BoJk4596R3l
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**